

## Avviso di chiarimenti n. 2

**OGGETTO:** gara per l'affidamento della fornitura quinquennale in service full risk, prorogabile di ulteriori tre anni, di sistemi diagnostici per le Patologie Cliniche degli ospedali Santobono e Pausilipon con la somministrazione di reagenti e consumabili.

**Importo complessivo annuale a base di gara €.** 1.582.000,00 + iva

**Importo complessivo quinquennale a base di gara €.** 7.910.000,00 + iva

A seguito di richieste di chiarimenti e/rilievi interposti da ditte interessate, si precisa quanto segue:

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Risposta
PI010435-19	<p>Buongiorno</p> <p>1) Si chiede di confermare che i controlli indicati come auspicabili non concorrono al raggiungimento della base d'asta.</p> <p>In base alla nostra esperienza, e data la tipologia dei test in esame (HbA1c e A2), che richiedono per il loro dosaggio una quantità esigua (circa 10ul a seduta), si richiede:</p> <p>2) di confermare se la quantità del controllo per le Emoglobine glicate sia realmente pari a 60mL o trattasi di refuso volendo indicare 6 mL</p> <p>3) di confermare se la quantità del controllo per le Emoglobine Patologiche, sia realmente pari a 20 mL o trattasi di refuso volendo indicare 2 mL</p>	<p>1) I controlli indicati come auspicabili concorrono al raggiungimento della base d'asta. Solo al fine del calcolo del punteggio economico non si terrà conto del loro valore.</p> <p>2) Si precisa che riguardo alla Emoglobina A1c livello 1, livello 2, livello 3, per un mero errore di trascrizione, è stata indicata la somma delle singole quantità annue richieste per i due Presidi Ospedalieri (Santobono e Pausilipon). Le quantità richieste dunque sono per Emoglobina A1c livello 1, livello 2, livello 3, 30 ml/anno per il Santobono e 30 ml/anno per il Pausilipon.</p> <p>3) Per Emoglobina A2 livello 1 e livello 2 si confermano le quantità indicate nel capitolato tecnico di gara, pari a 20 ml/anno per il Santobono e 20 ml/anno per il Pausilipon</p>
PI010420-19	<p>Buongiorno, in riferimento al lotto 15 considerando che nella tabella dell'offerta economica non è presente una voce estrazioni è possibile aggiungere una riga al fondo della tabella reagenti per le estrazioni che sono parte integrante dell'offerta. Grazie</p>	<p>Si, tale possibilità è ammessa</p>