

Descrizione

1) Nel foglio "Giudizi" i commissari svolgono le seguenti azioni:

a) inseriscono il valore numerico al criterio (come da capitolato)

b) esprimono il loro giudizio attribuendo uno dei seguenti valori: 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 nelle celle corrispondenti alle righe Giudizio Commissario 1,2 o 3.

2) Nel foglio "Riparametrizzazione" vi sono tre tabelle:

ciascun commissario (viene effettuata la somma di tutti i giudizi di qualità espressi nel foglio "Giudizi") e viene poi indicato il valore medio espresso dai 3 commissari. Viene infine calcolato il valore massimo nella tabella "TABELLA DEI CRITERI DI RIPARAMETRIZZAZIONE" viene calcolato l'indice di riparametrizzazione per ogni ditta (viene diviso il punteggio di qualità medio con il valore massimo individuato).

Nella tabella "Risultati di qualità riparametrizzati" viene calcolato il punteggio finale di qualità riparametrizzato (per ogni ditta viene moltiplicato il punteggio di qualità medio attribuito dai tre

3) Nel foglio "Risultati di qualità" sono riportati i risultati finali ottenuti a seguito della riparametrizzazione (coincidono con la tabella "Risultati di qualità riparametrizzati" del Foglio "Riparametrizzazione")



Fornitura con posa in opera di n. 1 Sistema di anestesia per le esigenze del Centro Ustioni Pediatrico - P.O. Santobono		DRAEGER ITALIA SPA	
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	2,00	
Autonomia batteria tampone	Giudizio Commissario 1	0,80	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	1,60	
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	2,00	
Unità paziente smontabile senza l'ausilio di attrezzi	Giudizio Commissario 1	0,80	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	1,60	
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	4,00	
Tipologia manovre di reclutamento	Giudizio Commissario 1	0,80	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	3,20	
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	4,00	
Sistemi di generazione della pressione (ad es: a turbina, a pistone, etc.)	Giudizio Commissario 1	0,80	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	3,20	
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	4,00	
Funzionalità predittiva della procedura anestesiológica SI=4	Giudizio Commissario 1	1,00	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,00	
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	4,00	
Valvola APL elettronica SI=4	Giudizio Commissario 1	1,00	
	Punti qualità attribuiti commissario1	4,00	
CRITERIO 7	Punti massimi attribuibili	10,00	
Tecniche ventilatorie disponibili	Giudizio Commissario 1	0,80	
	Punti qualità attribuiti commissario1	8,00	

CRITERIO 8	Punti massimi attribuibili	10,00
Monitoraggio parametri di ventilazione (Numero e tipologia di loops ventilatori e parametri visualizzabili)	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	8,00
CRITERIO 9	Punti massimi attribuibili	5,00
Ergonomia in termini di dimensioni e facilità di trasporto	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	4,00
CRITERIO 10	Punti massimi attribuibili	5,00
Display (Dimensioni schermo/touch screen/caratteristiche)	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	4,00
CRITERIO 11	Punti massimi attribuibili	10,00
Sistemi di allarme	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	8,00
CRITERIO 12	Punti massimi attribuibili	5,00
Modulo monitoraggio della profondità di anestesia BIS incluso in offerta, completo di cavo e starter Kit SI=5 NO=0	Giudizio Commissario 1	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00
CRITERIO 13	Punti massimi attribuibili	5,00
Modulo Monitoraggio neuromuscolare (curarizzazione) NMT/TOFF incluso in offerta, completo di cavo e starter Kit SI=5 NO=0	Giudizio Commissario 1	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00
CRITERIO 14	Punti massimi attribuibili	5,00
Gestione della ventilazione di emergenza in caso di guasto dell'impianto di gas medicali SI=5 NO=0	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,00
CRITERIO 15	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,40

Qualità e caratteristiche del materiale offerto
(materiali costituenti il prodotto,
caratteristiche tecniche, innovazioni
tecnologiche;
Caratteristiche funzionali (facilità
d'utilizzo, maneggevolezza, affidabilità,
tecnologia utile al corretto e sicuro impiego

Punti qualità attribuiti
commissario1

2,00

27

Fornitura con posa in opera di n. 1 Sistema di anestesia per le esigenze del Centro Ustioni Pediatrico - P.O. Santobono

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	DRAEGER ITALIA SPA
Punti qualità attribuiti Comm.1	54,60
Punteggio massimo attribuito	54,60
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	DRAEGER ITALIA SPA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	DRAEGER ITALIA SPA
Punti qualità riparametrizzati	80,00

FL

[illegible]

[illegible]

[illegible]