

LOTTO 01

cultura con posa in opera di manici per laringoscopi standard e simil
me di varie misure di tipo Macintosh e Miller per le esigenze del B.O.
Chirurgia d'Urgenza e della UOC Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
diagnostico del P.O. Santobono

C.A.M. HOSPITAL SRL

GAVIMEDICA SRL

TELEFLEX MEDICAL SRL

| Caratteristiche lame | CRITERIO 1 | | CRITERIO 2 | | CRITERIO 3 | | CRITERIO 4 | |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Punti massimi attribuibili | Giudizio Commissario 1 |
| Economicità dell'impugnatura dimensioni, peso) | 15,00 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | 15,00 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 |
| Illuminazione (Temperatura di colore= T; se nteggio= P) ≤4500K; P=0; 4500K<K≤5500K; P=10; > 5500K P=10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Durata batterie (n. ore funzionamento=N; nteggio= P) e N<=3 ore P= 5; e N> 3 ore P=10; tempo di ricarica (n. ore di ricarica) e N<=2 ore P=5; e N> 2 ore P=10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Caratteristiche lame | 15,00 | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | |
| | 15,00 | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1,00 |

LOTTO 01

rnitura con posa in opera di manici per laringoscopi standard e slim e lame di varie misure di tipo cintosh e Miller per le esigenze del B.O. Chirurgia d'Urgenza e della UOC Chirurgia Plastica e Centro tioni Pediatrico del P.O. Santobono

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| TABELLA PUNTI ATTRIBUITI | C.A.M. HOSPITAL SRL | GAVIMEDICA SRL | TELEFLEX MEDICAL SRL |
| Punti qualità attribuiti Comm.1 | 70,00 | 0,00 | 50,00 |
| Punteggio massimo attribuito | 70,00 | | |
| TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE | C.A.M. HOSPITAL SRL | GAVIMEDICA SRL | TELEFLEX MEDICAL SRL |
| Coefficiente di riparametrizzazione | 1,00 | 0,00 | 0,71 |
| RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI | C.A.M. HOSPITAL SRL | GAVIMEDICA SRL | TELEFLEX MEDICAL SRL |
| Punti qualità riparametrizzati | 70,00 | 0,00 | 50,00 |

