



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: UOC

DETERMINAZIONE GIUSTA REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA', AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N° 301 DELL'1.07.2016

OGGETTO: FORNITURA CON POSA IN OPERA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. 4127850 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI MONITOR TRASPORTO CARRELLATO PER LE ESIGENZE DELLA UOSD TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE – P.O. PAUSILIPON - DITTA SCOGNAMIGLIO SRL – SPESA TOTALE € 3.493,00 + IVA – CIG: B1191BF9F5

PREMESSO:

CHE, con nota prot. 5045 del 01.03.2024, il Responsabile della UOSID Bioingegneria ha trasmesso, la richiesta, munita del parere favorevole del Direttore Medico del PO Pausilipon e del Direttore del Dipartimento di Area Critica, formulata dal Responsabile della UOSD Terapia del Dolore e Cure Palliative, relativa alla fornitura in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;

CHE, in data 05.03.2024, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. aperta a tutti i fornitori abilitati, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, riportante il numero 4127850, da aggiudicare secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;

CHE, entro il termine stabilito, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: **SCOGNAMIGLIO SRL, CAVALLARO SRL, ELMED SERVICE SRL, DREAGER ITALIA SPA;**

CHE, a seguito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti, in data 12.03.2024 si è provveduto all'apertura delle offerte tecniche;

CHE, con nota prot. 5900 del 12.03.2024, le offerte tecniche sono state trasmesse al richiedente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche di competenza;

CHE, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 7563 del 04.04.2024 e successiva nota prot. n. 7783 del 08.04.2024, il Responsabile della UOSID Bioingegneria ha trasmesso il parere tecnico con i relativi punteggi di qualità, valutati sulla base dei parametri indicati e definiti nella sopra citata nota prot. 5045 del 01.03.2024, con la quale sono state giudicate conformi, con valutazione superiore alla soglia di sbarramento di 42/70, le offerte delle ditte **SCOGNAMIGLIO SRL, ELMED SERVICE SRL, DREAGER ITALIA SPA**. La ditta **CAVALLARO SRL** è stata esclusa per le motivazioni indicate nel sopra citato parere tecnico, che di seguito si riportano :

- La **ditta CAVALLARO** ha presentato un DM non conforme a quanto richiesto nel capitolato di gara. Il monitor multi-parametrico offerto non è touchscreen, non vi è il monitoraggio dei parametri vitali richiesti, quali "Respiro" e "Heart rate" e non è presente un sistema di allarme acustico e visivo come da capitolato. Inoltre, non sono forniti a corredo dell'apparecchiatura tutti gli accessori e componenti richiesti.

Per quanto concerne la parte documentale, è richiesto il codice UDI-DI, il codice trasmesso dalla ditta è invece un GMDN (Global Medical Device Nomenclature) e non un UDI -DI.

Per i motivi più sopra esposti, la ditta è ESCLUSA.

- La ditta **ELMED** ha fornito un DM conforme alle caratteristiche generali richieste dal capitolato di gara.

- **CRITERIO 1: Caratteristiche parametri monitorati e metodica di analisi e opzioni di visualizzazione a display.** La soluzione proposta dalla ditta risulta essere buona, in quanto sono rilevati i parametri rilevati sono: ECG 3,5 derivazioni, NIBP, SpO2, TEMP, EtCO2, Respiro e 24 aritmie ed il DM dispone

di diverse modalità di visualizzazione, quali: visualizzazione a schermo di numeri grandi, ossicardiorespirogramma del neonato, trend dinamico dei parametri (120 ore con risoluzione di 1 min), visualizzazione di altre postazioni, ECG a derivazioni a mezzo schermo e schermo intero.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 0.8

- **CRITERIO 2: Dimensioni, peso, Facilità d'uso e di trasporto.** Le dimensioni del monitor sono tali da consentire all'operatore una chiara visualizzazione dei parametri monitorati; Di peso contenuto.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 3: Tipologia dimensioni e caratteristiche display.** La soluzione proposta dalla ditta rispetta quanto richiesto da capitolato. Il DM presenta un display touchscreen a colori, con tasti che consentono accesso rapido per le funzioni principali ed altre funzioni eventualmente programmabili.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 4: Durata batteria, tempo di ricarica della batteria dal livello scarico al livello completamente carico.** Il DM risulta buono per quanto concerne l'attività. Nello specifico la durata della batteria è di 4 ore, così come il tempo di ricarica con DM spento.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 5: Tipologia e caratteristiche dei sistemi di allarme.** La soluzione offerta risulta eccellente in quanto presenti sono previsti due tipologie di allarmi tecnici e fisiologici, oltre che messaggi di allarme per lo stato di funzionamento dell'apparecchiatura. Inoltre, gli allarmi sono suddivisi in tre categorie in base alla gravità;

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 6: Caratteristiche kit di misurazione pluriuso e monouso.** Le soluzioni proposte risultano essere eccellenti e conformi a quanto richiesto

Si attribuisce alla ditta punteggio: 0.8

➤ La ditta **Scognamiglio** ha fornito un DM conforme alle caratteristiche generali richieste dal capitolato di gara.

- **CRITERIO 1: Caratteristiche parametri monitorati e metodica di analisi e opzioni di visualizzazione a display.** Il dispositivo risulta essere ottimo in quanto permette di rilevare ECG a 3, 5, o 8 derivazioni, respiro, NIBP, frequenza cardiaca, pulsossimetria, indice di perfusione, temperatura, ibp e 27 diverse aritmie. Inoltre, il monitor prevede la visualizzazione di: fino a 8 forme d'onda visualizzabili, trend dei parametri, schermatura a caratteri grandi di parametri selezionati, schermata OxyCRG, osservazione altro letto (massimo 16 letti visualizzabili contemporaneamente), congelamento forma d'onda.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 0.9

- **CRITERIO 2: Dimensioni, peso, Facilità d'uso e di trasporto.** Le dimensioni del monitor sono tali da consentire all'operatore una chiara visualizzazione dei parametri monitorati; Di peso contenuto.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 3: Tipologia dimensioni e caratteristiche display.** La soluzione proposta dalla ditta rispetta quanto richiesto da capitolato. Il DM presenta un display touchscreen a colori, con tasti che consentono accesso rapido per le funzioni principali ed altre funzioni eventualmente programmabili.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 4: Durata batteria, tempo di ricarica della batteria dal livello scarico al livello completamente carico.** Il DM risulta buono per quanto concerne l'attività. Nello specifico la durata della batteria è di 4 ore, così come il tempo di ricarica con DM spento.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 5: Tipologia e caratteristiche dei sistemi di allarme.** La soluzione offerta risulta eccellente in quanto presenti sono previsti due tipologie di allarmi tecnici e fisiologici, oltre che messaggi di

allarme per lo stato di funzionamento dell'apparecchiatura. Inoltre, gli allarmi sono suddivisi in tre categorie in base alla gravità;

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 6: Caratteristiche kit di misurazione pluriuso e monouso.** Le soluzioni proposte risultano essere eccellenti e conformi a quanto richiesto

Si attribuisce alla ditta punteggio: 0.8

➤ La ditta **Drager** ha fornito un DM conforme alle caratteristiche generali richieste dal capitolato di gara.

- **CRITERIO 1: Caratteristiche parametri monitorati e metodica di analisi e opzioni di visualizzazione a display.** Il dispositivo risulta essere eccellente in quanto permette di rilevare analisi dell'aritmia, respiro, SpO2, frequenza del polso, pressione sanguigna non invasiva (NBP), doppia temperatura, Ossicardiogramma, analisi ST, analizzatore Gas anestetici. Inoltre, il monitor prevede la visualizzazione di: fino a 11 forme d'onda visualizzabili, trend dei parametri (240 ore di risoluzione in 1 min), schermatura a quattro grossi box parametrici, schermata OxyCRG, osservazione altro letto (massimo 16 letti visualizzabili contemporaneamente).

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 2: Dimensioni, peso, Facilità d'uso e di trasporto.** Le dimensioni del monitor sono tali da consentire all'operatore una chiara visualizzazione dei parametri monitorati; Di peso contenuto.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 3: Tipologia dimensioni e caratteristiche display.** La soluzione proposta dalla ditta rispetta quanto richiesto da capitolato. Il DM presenta un display touchscreen a colori, con tasti che consentono accesso rapido per le funzioni principali ed altre funzioni eventualmente programmabili.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 4: Durata batteria, tempo di ricarica della batteria dal livello scarico al livello completamente carico.** Il DM risulta buono per quanto concerne l'attività. Nello specifico la durata della batteria è di 4 ore, mentre il tempo di ricarica è di 5 ore con DM spento.

Si attribuisce alla ditta punteggio: 0,8

- **CRITERIO 5: Tipologia e caratteristiche dei sistemi di allarme.** La soluzione offerta risulta eccellente in quanto presenti sono previsti due tipologie di allarmi tecnici e fisiologici, oltre che messaggi di allarme per lo stato di funzionamento dell'apparecchiatura. Inoltre, gli allarmi sono suddivisi in tre categorie in base alla gravità;

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1

- **CRITERIO 6: Caratteristiche kit di misurazione pluriuso e monouso.** Le soluzioni proposte risultano essere eccellenti e conformi a quanto richiesto

Si attribuisce alla ditta punteggio: 1 punto

CHE, in data **04.04.2024** si è provveduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo della procedura di gara, all'attribuzione del punteggio relativo al prezzo ed all'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presentata dalla ditta **SCOGNAMIGLIO SRL**, come di seguito specificato:

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA (Base Gara Euro 4.000,00)	PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
SCOGNAMIGLIO SRL	67,94	3.493,00 €	30	97,44
DREAGER ITALIA SPA	70	3.926,00 €	4,38	74,38
ELMED SERVICE SRL	65,88	3.750,00 €	14,79	80,67

RICHIAMATO il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;

VISTO il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure d'acquisto;

Tanto premesso:

VISTI

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina il principio di rotazione e in particolare il comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

RITENUTO, pertanto, di disporre l'aggiudicazione della fornitura in oggetto presso la ditta **SCOGNAMIGLIO SRL** che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, inferiore alla base di gara, per un importo complessivo di € 3.493,00 + IVA;

Atteso che la relativa spesa complessiva, ammontante a € **3.493,00 + IVA** trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

**IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA
D E T E R M I N A**

- 1) Aggiudicare, in via definitiva, alla ditta **SCOGNAMIGLIO SRL**, con sede in Via Michelangelo Schipa 84/A –NAPOLI – tel. 081666752 – P.I.01409770631 la fornitura in oggetto, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA NUMERO RDO 4127850,**" del Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente atto ;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento è pari ad € **3.493,00 + iva**(Gruppo acquisti SAP H31 - Magazzino SAP H04 / Rif. Punto Ordinante OLIAM OP);
- 3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Responsabile della UOSD Terapia del Dolore e Cure Palliative (o suo delegato) perché provveda, con il supporto della UOSID Bioingegneria e del Responsabile dell'Ufficio Inventario, al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 4) Prendere atto che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, agli atti, il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, fatti i salvi i controlli a campione, in merito alla veridicità della dichiarazione, da eseguire con le modalità stabilite dalla stazione appaltante;
- 5) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile della UOSD Terapia del Dolore e Cure Palliative (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;

- 6) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Inventario (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 7) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile della UOSID BioIngegneria (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 8) Trasmette copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott.ssa Erica Ferri)

f.to digitalmente

L'Impiegato addetto all'istruttoria

Sig. Pietro Scolorato

Il RUP

Collaboratore Amm.vo Prof.le

Pasquale Sommella

f.to digitalmente