

Verbale N. 1

Valutazione tecnica relativa alla gara a procedura aperta **DISTINTA IN N. 2 LOTTI** **PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI:**

- **Lotto 1:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 2 iniettori per R.M. – Base di gara euro 440.000,00, oltre Iva;
- **Lotto 2:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 1 iniettore per TC – Base di gara euro 91.500,00, oltre Iva.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Il giorno 13/04/2023 alle ore 10.30 presso il P.O. Santobono in via M. Fiore 6 - Napoli dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica incaricata, con delibera n. 204 del 23/03/2023, per la valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Presidente: Dr.ssa Patrizia Lombardo, Dirigente medico c/o U.O.S.D. Diagnostica per immagini del P.O. Pausilipon;

Componente: Dr.ssa Camilla Russo, Dirigente Medico c/o U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Santobono;

Componente: Dott.ssa Angela Colomba Bonagura, Dirigente Farmacista c/o U.O.C. Farmacia del P.O. Santobono.

Premesso

- che la fornitura di che trattasi è articolata in 2 lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ed in base ai seguenti punteggi massimi:

Offerta tecnica: punti 70

Offerta economica: punti 30

il Presidente rileva che:

- i criteri di valutazione delle offerte economiche sono esplicitati nelle norme di partecipazione alla gara;

- i lavori della seduta odierna prevedono l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte FORMEDIX S.R.L. e PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. relativa al LOTTO 1, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal capitolato speciale ai fini dell'ammissione;

- l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nelle norme di partecipazione.



Si riepilogano nella tabella sottostante ditte e offerte tecniche ricevute relative al LOTTO 1:

Ditta partecipante	Modello apparecchiatura
FORMEDIX S.R.L.	ACCUTRON MR (Mod. MR880) – MEDTRON AG
PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.	MAX 3 – ULRICH MEDICAL

La Commissione decide, come primo punto, di procedere all'esame dei documenti tecnici inviati dalle ditte concorrenti per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato di gara.

La Commissione predispone quindi una tabella contenente i dati desunti dal questionario tecnico compilato dalle ditte offerenti, al fine di attestare la presenza dei requisiti tecnici minimi, come da capitolato di gara.

Dall'analisi della documentazione presentata si evince che le offerte pervenute sono in linea con quanto richiesto da capitolato tecnico.

La Commissione riscontra, in relazione al capitolato speciale e ai relativi avvisi di chiarimenti, la presenza dei requisiti tecnici minimi richiesti e pertanto **AMMETTE** alla successiva fase valutativa le ditte FORMEDIX S.R.L. e PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.

In particolare, si riportano di seguito i criteri del capitolato analizzanti:

Criterio 1. Caratteristiche collegamento sala esame-sala comandi, interfaccia utente e gestione comandi:

- relativamente alle caratteristiche generali dell'apparecchiatura, in entrambi i modelli proposti la batteria è/le batterie sono montate nel basamento dell'iniettore e la loro ricarica deve avvenire solo all'esterno della sala RMN (vedi Avviso di chiarimenti prot. n. 4771 del 01/03/2022); le dimensioni dei due prodotti e le caratteristiche di installazione su carrello a 4 ruote sono considerate equivalenti nei due casi dalla Commissione. L'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. presenta singola batteria con autonomia dichiarata di 18h e tempo di ricarica completo dichiarato a batteria scarica di 4h; l'iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L. ha autonomia dichiarata di almeno 100 iniezioni da 30ml a 2,0ml/s ed un tempo di ricarica dichiarato superiore, pari a 8h per ricarica completa a batteria scarica;
- per il collegamento sala esame-sala comandi, l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. dispone di LAN Wireless (o WLAN), mentre l'iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L. dispone di collegamento Bluetooth con frequenza schermata dedicata; si ritiene, alla luce delle caratteristiche tecniche dichiarate, che il collegamento WLAN consenta una connessione maggiormente stabile per distanze generalmente superiori di quelle garantite dal sistema Bluetooth, rappresentando un'implementazione tecnica anche in termini di velocità di connessione; per entrambi i modelli proposti, inoltre, non è previsto cablaggio su rete aziendale;
- per il collegamento sala esame-sala comandi, il solo iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L. dispone in dotazione anche di un telecomando che permette di comandare l'iniettore a distanza, ad esempio da una sala di controllo;
- circa l'interfaccia utente e la gestione dei comandi, i due modelli proposti dalle ditte partecipanti presentano caratteristiche simili e layout dell'interfaccia utente giudicate pressoché equivalenti, entrambe dotate di sistemi colorimetrici e messaggi testuali relativi alla procedura visualizzabili sugli schermi. Tuttavia si segnala che (relativamente alle informazioni relative alla gestione comandi) l'iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG

ACBpe





proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L. dispone sul terminale unicamente di istruzioni abbreviate per iniettore e telecomando (si apre rispettivamente una finestra che contiene un sommario dell'interfaccia utente dell'iniettore o del telecomando, con una breve descrizione delle funzioni dei pulsanti), mentre l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. dispone di brevi video guida relativi a numerose funzionalità (messa in funzione, impostazione, avvio dell'iniezione, sostituzione del tubo del paziente, sostituzione dei mezzi, ventilazione, svuotamento) e che possono rivelarsi maggiormente esplicativi, quindi di grande utilità operativa nell'uso quotidiano.

Entrambe le soluzioni tecniche pertanto risultano soddisfare le esigenze cliniche; tuttavia, le caratteristiche del prodotto MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. rispondono in maniera ottimale alle caratteristiche generali del capitolato. Per tale motivo si attribuisce alla ditta FORMEDIX S.R.L. punteggio 0,7 e alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. punteggio 0,9.

La Commissione non riuscendo a concludere in giornata la valutazione complessiva di tutti i requisiti richiesti relativi al Lotto 1, rinvia ad una data successiva il prosieguo dei lavori.


Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Dr.ssa Patrizia Lombardo - **Presidente**

Dr.ssa Camilla Russo - **Componente**

Dott.ssa Angela Colomba Bonagura - **Componente**



Verbale N. 2

Valutazione tecnica relativa alla gara a procedura aperta DISTINTA IN N. 2 LOTTI PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI:

- **Lotto 1:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 2 iniettori per R.M. – Base di gara euro 440.000,00, oltre Iva;
- **Lotto 2:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 1 iniettore per TC – Base di gara euro 91.500,00, oltre Iva.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Il giorno 18/04/2023 alle ore 10.30 presso il P.O. Santobono in via M. Fiore 6 - Napoli dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica incaricata, con delibera n. 204 del 23/03/2023, per la valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Presidente: Dr.ssa Patrizia Lombardo, Dirigente medico c/o U.O.S.D. Diagnostica per immagini del P.O. Pausilipon;

Componente: Dr.ssa Camilla Russo, Dirigente Medico c/o U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Santobono;

Componente: Dott.ssa Angela Colomba Bonagura, Dirigente Farmacista c/o U.O.C. Farmacia del P.O. Santobono.

Premesso

- che la fornitura di che trattasi è articolata in 2 lotti;
- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ed in base ai seguenti punteggi massimi:

Offerta tecnica: punti 70

Offerta economica: punti 30

il Presidente rileva che:

- i criteri di valutazione delle offerte economiche sono esplicitati nelle norme di partecipazione alla gara;
- i lavori della seduta odierna prevedono il prosieguo dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte FORMEDIX SRL e PERFORMANCE HOSPITAL SRL relativa al LOTTO 1, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal capitolato speciale ai fini dell'ammissione;
- l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nelle norme di partecipazione.

ACBjc

CR Gelle

Si riepilogano nella tabella sottostante ditte e offerte tecniche ricevute relative al LOTTO 1:

Ditta partecipante	Modello apparecchiatura
FORMEDIX S.R.L.	ACCUTRON MR (Mod. MR880) – MEDTRON AG
PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.	MAX 3 – ULRICH MEDICAL

La Commissione, a completamento di quanto descritto nella valutazione tecnica riportata nel verbale di riunione n.1, procede nella fase valutativa delle ditte FORMEDIX S.R.L. e PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. come di seguito dettagliato.

In particolare, si riportano di seguito i criteri del capitolato analizzanti:

Criterio 2. Caratteristiche della gestione del MDC:

- l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. consta di un sistema di iniezione a pompa a rulli con flusso unidirezionale con tecnologia peristaltica a tripla via (una per la soluzione fisiologica e due per il mezzo di contrasto), mentre l'iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L. consta di un sistema di iniezione a pistoni idraulici a doppia via (due unità d'iniezione a controllo indipendenti che consentono, a seconda dell'applicazione, di variare la concentrazione del mezzo di contrasto con l'ausilio della soluzione fisiologica); dal momento che le specifiche esigenze cliniche prevedono l'impiego di suddetta apparecchiatura in pazienti pediatriche, con vasi più delicati e con utilizzo generalmente di aghi con calibro minore, la Commissione ritiene **EQUIVALENTE** la tecnologia peristaltica rispetto a quella a siringa, e preferibile la scelta della prima rispetto alla seconda in quanto, a parità di flusso, consente di lavorare con pressioni meno elevate (riducendo il rischio di stravasi o rottura della vena);
- l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. impiega direttamente mezzo di contrasto e fisiologica da flacone e/o sacca, indipendentemente dall'azienda produttrice, senza dover ricorrere a kit siringa mono/pluriuso; al contrario, l'iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L. propone un convenzionale sistema di riempimento a pistoni con siringhe ricaricabili.

Pertanto, pur essendo entrambe le soluzioni tecniche conformi ai requisiti richiesti, le caratteristiche del prodotto MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. rispondono in maniera quasi ottimale alle caratteristiche generali del capitolato nonché alle specifiche esigenze cliniche dei pazienti pediatriche. Per tale motivo si attribuisce alla ditta FORMEDIX S.R.L. punteggio 0,7 e alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. punteggio 0,9.

Criterio 3. Caratteristiche delle modalità di programmazione della dose:

- l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. consente di lavorare a range pressori più bassi (2-14bar, con incrementi di 0,1bar) rispetto all'iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L. (5-21bar, con incrementi di 1bar);
- possibilità di interrompere l'iniezione in caso di emergenza sia dalla consolle che dalla testa dell'iniettore, indicazione del tempo trascorso dall'inizio dell'iniezione, e possibilità di programmare flussi e volumi frazionabili in decimali per utilizzo in ambito pediatrico e neonatale sono ritenute comparabili nei due prodotti offerti (flusso: 0,1ml/s –10ml/s, con incrementi di 0,1ml/s per entrambe le apparecchiature offerte; volume: 0ml–200ml/64ml, incrementi di 0,1ml per FORMEDIX S.R.L. e di 0,1ml (1-10ml MDC)-0,5ml (>10-100ml)-1ml(>100-400ml) per PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L.);
- l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. offre la possibilità di intervallare un maggior numero di fasi (fino a 40

ACB
CL
JLB

dichiarate) rispetto all'iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L. (fino a 6 fasi dichiarate).

Pur alla luce delle differenze rilevate, le soluzioni tecniche risultano soddisfare le esigenze cliniche. Per tale motivo si attribuisce alla ditta FORMEDIX S.R.L. punteggio 0,7 e alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. punteggio 0,9.

Criterio 4. Caratteristiche delle modalità di memorizzazione dei protocolli, sistemi di sicurezza per la somministrazione:

- l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. consente di memorizzare fino a 200 protocolli di iniezione, rispetto agli 80 protocolli memorizzabili dall'iniettore ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L.;
- possibilità di visualizzare la grafica della pressione in fase di iniezione e sistemi di sicurezza per la somministrazione (inclusa la funzione TVP per mantenere la vena pervia completamente autonoma e separata rispetto all'iniezione programmata) sono ritenuti comparabili nei due prodotti offerti.

Pur alla luce delle differenze rilevate, le soluzioni tecniche risultano soddisfare le esigenze cliniche. Per tale motivo si attribuisce alla ditta FORMEDIX S.R.L. punteggio 0,7 e alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. punteggio 0,9.

Criterio 5. Caratteristiche e modalità di gestione materiale di consumo:

- l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. non adopera a kit siringa mono/pluriuso, come precedentemente enunciato;
- le caratteristiche dei consumabili offerti dalle due ditte sono ritenute comparabili dalla Commissione Giudicatrice;
- per quanto riguarda gli interventi manutentivi e la garanzia quinquennale full-risk, entrambe le ditte offrono manutenzione preventiva (1 intervento/anno), curativa (interventi illimitati/ricambi inclusi), evolutiva (aggiornamento hardware/software), e muletto (in caso di mancata tempestiva risoluzione del guasto macchina); il numero di tecnici manutentori disponibile è difforme nei due casi (n.7 per MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. vs n.3 per ACCUTRON MR – MEDTRON AG proposto dalla ditta offerente FORMEDIX S.R.L.). Si segnala inoltre che per il solo l'iniettore MAX 3 – ULRICH MEDICAL proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. i ricambi di parti suscettibili di usura sono garantiti per 10 anni dall'installazione, e che nell'assistenza è incluso un piano formazione continua destinato anche al personale utente (40h di formazione, a gruppi di max 5 persone, con rilascio di attestato, e possibilità di "refresh courses" e "advanced courses").

Pur alla luce delle differenze rilevate, le soluzioni tecniche risultano soddisfare le esigenze cliniche. Per tale motivo si attribuisce alla ditta FORMEDIX S.R.L. punteggio 0,7 e alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. punteggio 0,8.

In esito all'esame la Commissione formula i giudizi per ogni criterio di qualità con attribuzione dei relativi punteggi, in accordo al documento di gara. L'esito della valutazione tecnica delle offerte relative al LOTTO 1 si riassume nei punteggi qualitativi (riparametrati) come da tabella allegata.


Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Dr.ssa Patrizia Lombardo - **Presidente**

Dr.ssa Camilla Russo - **Componente**

Dott.ssa Angela Colomba Bonagura - **Componente**

Verbale N. 3

Valutazione tecnica relativa alla gara a procedura aperta **DISTINTA IN N. 2 LOTTI** **PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI:**

- **Lotto 1:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 2 iniettori per R.M. – Base di gara euro 440.000,00, oltre Iva;
- **Lotto 2:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 1 iniettore per TC – Base di gara euro 91.500,00, oltre Iva.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Il giorno 27/04/2023 alle ore 10.30 presso il P.O. Santobono in via M. Fiore 6 - Napoli dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica incaricata, con delibera n. 204 del 23/03/2023, per la valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Presidente: Dr.ssa Patrizia Lombardo, Dirigente medico c/o U.O.S.D. Diagnostica per immagini del P.O. Pausilipon;

Componente: Dr.ssa Camilla Russo, Dirigente Medico c/o U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Santobono;

Componente: Dott.ssa Angela Colomba Bonagura, Dirigente Farmacista c/o U.O.C. Farmacia del P.O. Santobono.

Premesso

- che la fornitura di che trattasi è articolata in 2 lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ed in base ai seguenti punteggi massimi:

Offerta tecnica: punti 70

Offerta economica: punti 30

il Presidente rileva che:

- i criteri di valutazione delle offerte economiche sono esplicitati nelle norme di partecipazione alla gara;

- i lavori della seduta odierna prevedono l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte BAYER SPA e PERFORMANCE HOSPITAL SRL relativa al LOTTO 2, previa valutazione dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal capitolato tecnico e speciale ai fini dell'ammissione;

- l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nelle norme di partecipazione.



Si riepilogano nella tabella sottostante ditte e offerte tecniche ricevute relative al LOTTO 2:

Ditta partecipante	Modello apparecchiatura
BAYER SPA	MEDRAD STELLANT D
PERFORMANCE HOSPITAL SRL	CT MOTION (cod. XD 8000)

La Commissione decide, come primo punto, di procedere all'esame dei documenti tecnici inviati dalle ditte concorrenti per verificare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato di gara.

La Commissione predispone quindi una tabella contenente i dati desunti dal questionario tecnico compilato dalle ditte offerenti, al fine di attestare la presenza dei requisiti tecnici minimi, come da capitolato di gara.

La Commissione riscontra, in relazione al capitolato tecnico, al capitolato speciale e ai relativi avvisi di chiarimenti (vedi prot. nr. 0004771 del 01/03/2023), l'assenza di uno dei requisiti tecnici minimi richiesti nel prodotto della ditta offerente BAYER SPA. In particolare, si riportano di seguito i criteri del capitolato tecnico e dei relativi avvisi di chiarimenti a motivo dell'esclusione:

Avviso di chiarimenti - prot. nr. 0004771 del 01/03/2023

Quesito n.3, al punto quarto:

- con riferimento alla caratteristica di minima del Lotto 2: "Sistema a due canali per somministrazione del Mdc oltre e della soluzione fisiologica", si chiede di chiarire se il sistema debba essere a doppia via (una via di somministrazione per il MDC e una per la soluzione fisiologica) o a tripla via (due vie di somministrazione per il MDC e una per la soluzione fisiologica).

Riscontro: trattasi di un refuso, si richiede un sistema di somministrazione a 3 vie (due per il MDC e una per la soluzione fisiologica).

Trattandosi nel caso dell'iniettore MEDRAD STELLANT D proposto dalla ditta offerente BAYER SPA di un sistema A DOPPIA VIA (una via di somministrazione per il mdc e una per la soluzione fisiologica) E NON A TRIPLA VIA (due vie di somministrazione per il mdc e una per la soluzione fisiologica), come specificamente richiesto nel capitolato tecnico ed accertato nel relativo avviso di chiarimenti, la Commissione pertanto **NON AMMETTE** alla successiva fase valutativa la ditta offerente BAYER SPA.

La Commissione riscontra, in relazione al capitolato tecnico, al capitolato speciale e ai relativi avvisi di chiarimenti, la presenza dei requisiti tecnici minimi richiesti e pertanto **AMMETTE** alla successiva fase valutativa esclusivamente la ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL.

La Commissione, non riuscendo a concludere in giornata la valutazione complessiva di tutti i requisiti richiesti relativi al LOTTO 2, rinvia ad una data successiva il prosieguo dei lavori.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Dr.ssa Patrizia Lombardo - **Presidente**

Dr.ssa Camilla Russo - **Componente**

Dott.ssa Angela Colomba Bonagura - **Componente**



Verbale N. 4

Valutazione tecnica relativa alla gara a procedura aperta **DISTINTA IN N. 2 LOTTI** **PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI:**

- **Lotto 1:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 2 iniettori per R.M. – Base di gara euro 440.000,00, oltre Iva;
- **Lotto 2:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 1 iniettore per TC – Base di gara euro 91.500,00, oltre Iva.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Il giorno 03/05/2023 alle ore 10.30 presso il P.O. Santobono in via M. Fiore 6 - Napoli dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica incaricata, con delibera n. 204 del 23/03/2023, per la valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Presidente: Dr.ssa Patrizia Lombardo, Dirigente medico c/o U.O.S.D. Diagnostica per immagini del P.O. Pausilipon;

Componente: Dr.ssa Camilla Russo, Dirigente Medico c/o U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Santobono;

Componente: Dott.ssa Angela Colomba Bonagura, Dirigente Farmacista c/o U.O.C. Farmacia del P.O. Santobono.

Premesso

- che la fornitura di che trattasi è articolata in 2 lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ed in base ai seguenti punteggi massimi:

Offerta tecnica: punti 70

Offerta economica: punti 30

il Presidente rileva che:

- i criteri di valutazione delle offerte economiche sono esplicitati nelle norme di partecipazione alla gara;

- i lavori della seduta odierna prevedono l'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL relativa al LOTTO 2, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal capitolato speciale ai fini dell'ammissione;

- l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nelle norme di partecipazione.



La Commissione, a completamento di quanto descritto nella valutazione tecnica riportata nel verbale di riunione n.3, procede nella fase valutativa dell'iniettore CT MOTION (COD. XD8000) proposto dalla ditta PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. come di seguito dettagliato.

In particolare, si riportano di seguito i criteri del capitolato analizzanti:

Criterio 1. Caratteristiche collegamento sala esame-sala comandi, interfaccia utente e gestione comandi:

- comunicazione console-iniettore di tipo wireless
- layout dell'interfaccia utente e terminale touch
- gestione dei comandi e pannello di controllo
- installazione su carrello, ergonomia e facilità d'uso del sistema
- tipologia di alimentazione (allaccio elettrico e tipo di batteria ricaricabile)

La soluzione tecnica risulta soddisfare le esigenze cliniche, per tale motivo si attribuisce alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL punteggio 0,7.

Criterio 2. Caratteristiche della gestione del MDC:

- sistema di iniezione: l'iniettore CT MOTION della ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL SRL consta di un sistema di iniezione a pompa a rulli con flusso unidirezionale con tecnologia peristaltica; si sottolinea che la ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL, nell'avviso di chiarimenti prot. n. 4771 del 01/03/2022 - quesito n.3 al punto terzo, ha specificato che la soluzione proposta è equivalente tecnicamente e funzionalmente a quanto richiesto nel capitolato di gara. Dal momento che le specifiche esigenze cliniche prevedono l'impiego di suddetta apparecchiatura in pazienti pediatrici, con vasi più delicati e con utilizzo di aghi con calibro minore, la Commissione conferma l'**EQUIVALENZA** della tecnologia proposta rispetto a quella richiesta nel capitolato; in particolare, la tecnologia peristaltica a parità di flusso consente di lavorare con pressioni meno elevate (riducendo il rischio di stravasi o rottura della vena);
- sistema di somministrazione a 3 vie (vedi Avviso di chiarimenti prot. n. 4771 del 01/03/2022 quesito n.3, punto quarto): l'iniettore CT MOTION della ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL SRL consta di un sistema di iniezione a pompa a rulli con flusso unidirezionale con tecnologia peristaltica a tripla via (una per la soluzione fisiologica e due per il mezzo di contrasto); dal momento che le specifiche esigenze cliniche prevedono l'impiego di suddetta apparecchiatura in pazienti pediatrici, con la necessità talora di adoperare mdc a concentrazione diversa, si conferma come la tripla via consenta di adoperare flaconi di mdc differenti/a diversa concentrazione (switchando da un flacone all'altro all'occorrenza, in base alle specifiche esigenze cliniche legate al singolo paziente, limitando sprechi di mdc/consumabili);
- compatibilità con bottiglie di mdc di varie capacità, compatibilità con tutte le molecole di mdc presenti sul mercato, e possibilità di utilizzo con materiale sia monouso che pluriuso in modo da ottimizzare l'uso del mezzo di contrasto: guide flacone idonee per tutti i flaconi a norma presenti sul mercato; l'iniettore CT MOTION proposto dalla ditta offerente PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. impiega direttamente mezzo di contrasto e fisiologica da flacone e/o sacca, indipendentemente dall'azienda produttrice, senza dover ricorrere a kit siringa mono/pluriuso.

La soluzione tecnica risulta soddisfare le esigenze cliniche, per tale motivo si attribuisce alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL punteggio 0,8.

Criterio 3. Caratteristiche delle modalità di programmazione della dose:

- modalità di programmazione della dose
- numero di fasi di iniezione
- collegamento ai sistemi TC in uso per la sincronizzazione dell'iniezione di mdc
- possibilità di importazione di programmi di iniezione

La soluzione tecnica risulta soddisfare le esigenze cliniche, per tale motivo si attribuisce alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL punteggio 0,8.

Criterio 4. Caratteristiche delle modalità di memorizzazione dei protocolli, sistemi di sicurezza per la somministrazione:

- memorizzazione dei protocolli
- grafico pressorio di iniezione e visualizzazione dei parametri relativi allo stato di iniezione
- riscaldatori mdc
- sistemi di sicurezza (sensori e rilevatori), filtro antiparticolato e sistema anti-reflusso
- messaggi di errore, d'allarme ed informativi; test vena con pre-bolo di fisiologica; sistemi di interruzione dell'iniezione

La soluzione tecnica risulta soddisfare le esigenze cliniche, per tale motivo si attribuisce alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL punteggio 0,7.


La Commissione non riuscendo a concludere in giornata la valutazione complessiva di tutti i requisiti richiesti relativi al LOTTO 2, rinvia ad una data successiva il prosieguo dei lavori.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Dr.ssa Patrizia Lombardo - **Presidente** 

Dr.ssa Camilla Russo - **Componente** 

Dott.ssa Angela Colomba Bonagura - **Componente** 

Verbale N. 5

Valutazione tecnica relativa alla gara a procedura aperta **DISTINTA IN N. 2 LOTTI** **PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI:**

- **Lotto 1:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 2 iniettori per R.M. – Base di gara euro 440.000,00, oltre Iva;
- **Lotto 2:** Fornitura con posa in opera di durata quinquennale di kit per mezzi di contrasto con comodato d'uso ed assistenza tecnica full risk di n. 1 iniettore per TC – Base di gara euro 91.500,00, oltre Iva.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Il giorno 10/05/2023 alle ore 11.30 presso il P.O. Santobono in via M. Fiore 6 - Napoli dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica incaricata, con delibera n. 204 del 23/03/2023, per la valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti:

Presidente: Dr.ssa Patrizia Lombardo, Dirigente medico c/o U.O.S.D. Diagnostica per immagini del P.O. Pausilipon;

Componente: Dr.ssa Camilla Russo, Dirigente Medico c/o U.O.C. Neuroradiologia del P.O. Santobono;

Componente: Dott.ssa Angela Colomba Bonagura, Dirigente Farmacista c/o U.O.C. Farmacia del P.O. Santobono.

Premesso

- che la fornitura di che trattasi è articolata in 2 lotti;

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ed in base ai seguenti punteggi massimi:

Offerta tecnica: punti 70

Offerta economica: punti 30

il Presidente rileva che:

- i criteri di valutazione delle offerte economiche sono esplicitati nelle norme di partecipazione alla gara;

- i lavori della seduta odierna prevedono l'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL relativa al LOTTO 2, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dal capitolato speciale ai fini dell'ammissione;

- l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nelle norme di partecipazione.

La Commissione, a completamento di quanto descritto nella valutazione tecnica riportata nel verbale di riunione n.4, procede nella fase valutativa dell'iniettore CT MOTION (COD. XD8000) proposto dalla ditta PERFORMANCE HOSPITAL S.R.L. come di seguito dettagliato.

In particolare, si riportano di seguito i criteri del capitolato analizzanti:

Criterio 5. Caratteristiche e modalità di gestione materiale di consumo:

- materiali di consumo: tubo pompa h24; tubo paziente monouso; latex free e ftalati free
- piano per il servizio di assistenza e manutenzione nel periodo di garanzia full risk

La soluzione tecnica risulta soddisfare le esigenze cliniche, per tale motivo si attribuisce alla ditta PERFORMANCE HOSPITAL SRL punteggio 0,8.

In esito all'esame la Commissione formula i giudizi per ogni criterio di qualità con attribuzione dei relativi punteggi, in accordo al documento di gara. L'esito della valutazione tecnica delle offerte relative al LOTTO 2 si riassume nei punteggi qualitativi (riparametrati) come da tabella allegata.

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Dr.ssa Patrizia Lombardo - **Presidente**

Dr.ssa Camilla Russo - **Componente**

Dott.ssa Angela Colomba Bonagura - **Componente**

