

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 – Napoli
Tel. 081 2205227 / 081 2205292 – fax 081 220 52 44
Pec: provveditoriato.santobono@pec.it

AVVISO DI CHIARIMENTI

Oggetto: RDO M.e.P.A. n. 5476619 per la fornitura, con posa in opera, di n. 1 Sistema per Rinolaringoscopia, comprensiva di assistenza e manutenzione full risk, per le esigenze della UOC ORL - importo complessivo a base di gara euro 70.000,00, oltre Iva - Lotto Unico - **Riscontro chiarimenti.**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

QUESITO n.1:

"Spett.le Ente,

si richiedono i seguenti chiarimenti:

- *In merito alla richiesta di garanzia full risk, si chiede conferma che la durata prevista sia pari a 12 mesi.*
- *In riferimento al requisito indicato nel questionario tecnico, sezione videoprocessore, ovvero "Memoria dell'hard disk (SSD) di almeno 2 Tb + 1 hard disk da fornire come backup da almeno 2Tb da sostituire all'occorrenza", si richiede la possibilità di offrire un sistema composto da: SSD interno da 1 TB ed Hard disk esterno da 4 TB fornito come backup. Tale configurazione garantisce una capacità complessiva superiore, rispondendo pienamente alle esigenze di archiviazione e continuità operativa.*
- *In merito alla voce "Diametro distale non superiore a 2 mm" del videonasolaringoscopio flessibile, si richiede la possibilità di offrire un dispositivo con diametro distale pari a 2,6 mm, considerato equivalente dal punto di vista funzionale, in quanto in grado di garantire piena accessibilità anatomica anche nei pazienti pediatrici/neonatali, mantenendo al contempo elevata qualità di immagine e manovrabilità.*
- *In riferimento al requisito "Completamente sterilizzabile tramite autoclave", si chiede gentilmente se si tratti di un refuso, in quanto tale modalità di sterilizzazione risulta non compatibile con la maggior parte dei dispositivi dotati di tecnologia digitale integrata. Si richiede pertanto la possibilità di offrire strumenti sterilizzabili tramite gas plasma, modalità ampiamente utilizzata in ambito clinico per la sterilizzazione di dispositivi sensibili.*

Cordiali saluti"

● **Riscontro:**

- 1) **Si conferma** la durata prevista per la garanzia full risk di 12 mesi;
- 2) **Sono ammesse soluzioni equivalenti;**
- 3) Relativamente al "diametro distale non superiore a 2 mm del videonasolaringoscopio flessibile", **Si chiede di attenersi a quanto specificato negli atti di gara;**

- 4) **Sono ammesse soluzioni equivalenti**, Lo strumento dovrà essere compatibile con un processo di sterilizzazione conforme a quanto previsto nelle istruzioni d'uso (IFU) del fabbricante, validato secondo le normative vigenti, anche mediante tecnologie a bassa temperatura (es. sterilizzazione con gas plasma), qualora l'impiego del ciclo in autoclave non sia indicato per la protezione di componenti elettronici.

II R.U.P.

Dott. Riccardo Savastano

D'ordine

Dott. Sebastiano Diligente Tizzani

