



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
**SANTOBONO PAUSILIPON**  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Via della Croce Rossa, 8 – 80122 – Napoli  
Tel. 081 220 52 20  
Pec: [provveditorato.santobono@pec.it](mailto:provveditorato.santobono@pec.it)

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**“SANTOBONO PAUSILIPON”**  
Via Teresa Ravaschieri, 8  
(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 NAPOLI

## AVVISO DI CHIARIMENTI

**Oggetto: fornitura, con posa in opera, di n. 1 facovitrectomo comprensiva di assistenza tecnica full risk per n. 24 mesi e materiale di consumo per n. 60 mesi per le esigenze della U.O.C. Oculistica del P.O. Santobono – base di gara Euro 150.000,00, oltre Iva**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

### QUESITO n. 1:

---

*“Specificare la tipologia di contratto: canone di noleggio o ibrido o variabile”*

➤ **Riscontro:**

Come specificato negli atti di gara la procedura riguarda la fornitura “in acquisto” con posa in opera di n. 1 facovitrectomo comprensiva di assistenza e manutenzione full risk per almeno 24 mesi e materiale di consumo per n. 60 mesi.

### QUESITO n. 2

---

*“Specificare il numero di manipoli ad ultrasuoni per la cataratta richiesti.”*

➤ **Riscontro:**

N.1 manipolo.

### QUESITO n. 3

---

*“Essendo le punte, le sleeve e le camere di prova monouso, chiediamo di confermare il numero richiesto (solo 3)”*

➤ **Riscontro:**

Il capitolato fa riferimento a punte riutilizzabili comprensive di tutto il necessario per un utilizzo immediato

### QUESITO n. 4

---

*“Alla voce Nr. 3 “punte angolate flared 30° da 1.8 mm circa”, si fa riferimento al diametro della punta o della sleeve?”*

➤ **Riscontro:**

Si riferisce al diametro della punta

### QUESITO n. 5

---

*“E’ richiesto il modulo endolaser ma non gli accessori, specificare quantità e se il costo di tali accessori monouso è compreso nel totale dichiarato”.*

➤ **Riscontro:**

Si conferma la richiesta del solo modulo in configurazione minima offerta completo di tutto quanto occorre per l'immediato utilizzo (ovvero compreso di tutti cavi e manipoli per ogni modulo e per ogni modalità di funzionamento)

### QUESITO n. 6

---

*“E’ richiesto il modulo fluidi viscosi ma non gli accessori, specificare quantità e se il costo di tali accessori monouso è compreso nel totale dichiarato”*

➤ **Riscontro:**

Si conferma la richiesta del solo modulo in configurazione minima offerta completo di tutto quanto occorre per l’immediato utilizzo (ovvero compreso di tutti cavi e manipoli per ogni modulo e per ogni modalità di funzionamento)

**QUESITO n. 7**

---

*“Non sono richiesti Candelieri per l’illuminazione, non sono necessari?”*

➤ **Riscontro:**

Non sono richiesti Candelieri.

**QUESITO n. 8**

---

*“E’ richiesto il modulo diatermia ma non gli accessori, specificare quantità e se il costo di tali accessori monouso o pluriuso (cavi e penne o pinze) è compreso nel totale dichiarato”.*

➤ **Riscontro:**

Il modulo deve essere completo di tutto l’occorrente per l’immediato utilizzo (ovvero compreso di tutti cavi e manipoli per ogni modulo e per ogni modalità di funzionamento)

Attesa la particolarità dei chiarimenti si ritiene di differire il termine di presentazione delle offerte al 14.4.2023 ore 12:00 in luogo del 7.4.2023 ore 12:00.