



Servizio Sanitario Nazionale  
**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale**  
**"SANTOBONO PAUSILIPON"**  
**Via Teresa Ravaschieri, 8**  
(già Via della Croce Rossa, 8) - 80122 NAPOLI  
Codice Fiscale/Partita IVA n. 06854100630

Area Staff Direzione Amministrativa  
Unità Operativa Complessa  
**Acquisizione Beni e Servizi**  
Via T. Ravaschieri, 8 - 80122 - Napoli  
Tel. 081 220 52 44 - fax 081 220 52 44  
Pec: [provveditorato.santobono@pec.it](mailto:provveditorato.santobono@pec.it)  
Mail: [provveditorato@santobonopausilipon.it](mailto:provveditorato@santobonopausilipon.it)

AORN Santobono - Pausilipon



Prot. nr. 0015140  
del 13/07/2023  
alle 16:03

## AVVISO DI CHIARIMENTI

**Oggetto:** fornitura con posa in opera suddivisa in quattro lotti di apparecchiature elettromedicali con servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk per le esigenze dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon – Importo a base di gara complessivo € 755.000,00 oltre IVA – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

### QUESITO n. 1:

*In riferimento al lotto 4, facciamo presente che la base d'asta non è congrua con i prezzi sul mercato. Pertanto, chiediamo cortesemente un incremento della stessa, almeno il doppio, per dare la possibilità di partecipazione a più operatori economici in modo da produrre un'offerta tecnicamente adeguata alla Vs. richiesta.*

➤ **Riscontro:**

Si conferma l'importo a base di gara.

### QUESITO n. 2

*In considerazione del persistere della situazione critica a livello mondiale in termini di approvvigionamento delle materie prime e della componentistica necessaria alla fabbricazione delle apparecchiature, unitamente ai rallentamenti a livello logistico che comportano un sensibile allungamento delle tempistiche di produzione ed impattano conseguentemente sui tempi di fornitura delle merci, si chiede di poter prevedere un termine di consegna delle apparecchiature non inferiore a 90 giorni.*

➤ **Riscontro:**

Come noto, il presente appalto è finalizzato all'acquisto di apparecchiature finanziate con fondi derivanti dal programma POR-FESR 2014-2020. Il cronoprogramma degli interventi prevede quale termine ultimo per la conclusione della procedura, comprensiva del collaudo e della quietanza di pagamento, il giorno 31.12.2023. Conseguentemente non è possibile prevedere differimenti del termine di consegna di n. 90 giorni.

### QUESITO n. 3

*relativamente al lotto 1 si chiede di specificare se come indicato a pagina 4 del Questionario tecnico, i "nr. 3 backup di sensore di flusso con spazio morto minimo autoclavabile, valvola Espiratoria sterilizzabile", siano intesi tre per ogni apparecchiatura oppure in totale.*

➤ **Riscontro:**

il punto in questione si riferisce a n.3 backup in totale ovvero per la fornitura dei 5 ventilatori.

### QUESITO n. 4

*Buongiorno, in merito al lotto 1 si richiede se la presenza di celle galvaniche già in dotazione e fornite in offerta (che evita quindi la manutenzione, e ulteriori costi aggiuntivi) possa essere valutata con punteggio tecnico idoneo e non nullo.*

➤ **Riscontro:**

La valutazione dell'offerta tecnica secondo quanto previsto dal disciplinare della procedura di gara è rimessa all'esclusiva competenza della Commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo provvedimento. In ogni caso come chiarito dal capitolato d'appalto, prodotti e/o soluzioni caratterizzati da una "non perfetta corrispondenza" rispetto alle specifiche tecniche prescritte sono ammessi a valutazione, per il principio di equivalenza, qualora l'operatore economico dichiarerà, fornendo adeguata comprovata, equivalenza tecnica e funzionale.

### QUESITO n. 5

Nel documento "Specifiche tecniche - Questionario tecnico lotto 4" a pag. 1, sono riportate le "specifiche tecniche". Si chiede di comunicare se le caratteristiche minime sono richieste "a pena di esclusione" dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

➤ **Riscontro:**

Si veda riscontro al quesito n. 4.

### QUESITO n. 6

Nel documento "Specifiche tecniche - Questionario tecnico lotto 4", voce "CARATTERISTICHE GENERALI AUTOCLAVI", a pag. 3, vengono richiesti: "carrelli per la gestione del carico/scarico autoclave dovranno essere realizzati in acciaio AISI 304, regolabili elettricamente in altezza al fine di adattare le altezze di carico/scarico ... Tutti i carrelli di carico dovranno avere alimentazione a batterie ricaricabili, comando per la regolazione in altezza per adeguarsi ai vari livelli e piani di lavoro sia in fase di carico che di scarico, dotati di 4 ruote piroettanti, sistema frenante (blocco ruote)." Si chiede di confermare che, per l'autoclave da 2 US, saranno ritenuti idonei e conformi carrelli di servizio ad altezza fissa.

➤ **Riscontro:**

Si conferma quanto previsto dalle specifiche tecniche.

### QUESITO n. 7

Nel documento "Specifiche tecniche - Questionario tecnico lotto 4", voce "CARATTERISTICHE GENERALI TERMODISINFETTRICI", a pag. 4, vengono richiesti: "Carrello a 4 livelli di lavaggio con irroratori rotanti e cesti inox DIN conformi alla UNI EN ISO 15883." e più sotto: "La dotazione minima deve prevedere ... gabbia di carico per chirurgia mini invasiva, strumentario vario, 1 gabbia per lavaggio container, Carrello per strumentario chirurgico, videolaparoscopico, Carrello per zoccoli sala operatoria". Si chiede di comunicare, complessivamente per le 2 lavastumenti, la quantità e tipologia di carrelli da offrire.

➤ **Riscontro:**

I carrelli indicati sono per ogni termodisinfettrice.

### QUESITO n. 8

Si chiede di comunicare (per ciascun locale oggetto di gara):

- la potenza elettrica messa a disposizione: kW e Ampere disponibili.
- tipologia acque presenti in sito e grado di durezza in °f;
- la durezza in °f dell'acqua addolcita per la pompa del vuoto;
- portata dei solai;
- dato in Bar della pressione dell'aria compressa presente.

➤ **Riscontro:**

Si rappresenta che tutti gli adeguamenti impiantistici e le lavorazioni necessarie all'accoglienza delle apparecchiature fornite sono a carico della stazione appaltante e verranno definiti dall'Ufficio tecnico a seguito della ricezione delle schede tecniche dell'apparecchiatura fornita dall'Operatore economico aggiudicatario.

### QUESITO n. 9



Servizio Sanitario Nazionale  
**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale**  
**"SANTOBONO PAUSILIPON"**  
**Via Teresa Ravaschieri, 8**  
(già Via della Croce Rossa, 8) - 80122 NAPOLI  
Codice Fiscale/Partita IVA n. 06854100630

*Si chiede di confermare che la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al montaggio, all'installazione e all'allacciamento degli impianti, ma che eventuali adeguamenti impiantistici e/o realizzazione di impianti non presenti saranno a carico ed onere dell'Ente.*

➤ **Riscontro:**

Si veda riscontro al quesito n. 8. Si conferma che la procedura ha ad oggetto la sola fornitura con posa in opera delle apparecchiature richieste.

---

### QUESITO n. 10

*Viene richiesto dalla vostra spettabile "doppia porta passante a scorrimento verticale, azionamento elettrico..." è possibile offrire secondo il principio di equivalenza funzionale macchine con doppia porta passante a scorrimento verticale ma con azionamento pneumatico?*

➤ **Riscontro:**

Si veda riscontro al quesito n. 4.

---

### QUESITO n. 11

*Riguardo le caratteristiche delle lavaferri si chiede quanto segue: Viene richiesto dalla vostra spettabile "Sistema di chiusura elettrico per apertura e chiusura delle porte" per tale sistema si intende sistema di blocco (serratura) elettronica o sistema di movimentazione porta elettronico? E' possibile offrire una macchina con porta a ribalta e blocco/sblocco porta elettronico?*

➤ **Riscontro:**

Non risulta la dicitura da voi riportata "Sistema di chiusura elettrico per apertura e chiusura delle porte". Nel capitolato vengono descritti "Sistemi di sicurezza elettrico per apertura chiusura porte" In merito alla tipologia di porta, è solo specificato come requisito "Porta realizzata in materiale resistente posta ad altezza ergonomica, per consentire all'utilizzatore di effettuare operazioni di carico e scarico sia direttamente che con l'ausilio di carrelli di trasporto cesti.

---

### QUESITO n. 12

*Viene richiesto dalla vostra spettabile "Preferibilmente addolcitore e conducimetro integrato" è possibile offrire secondo il principio di equivalenza funzionale un addolcitore non integrato?*

➤ **Riscontro:**

Si veda riscontro al quesito n. 4.

---

### Quesito n. 13

*Viene richiesto dalla vostra spettabile " Sistema per la tracciabilità dei cicli di lavaggio e per l'esportazione dei dati riferiti ai cicli di termodisinfezione" per tale sistema si intende un applicativo interno della lavaferri che permette di esportare i report e dati dei cicli di termodisinfezione tramite USB e/o Connessione LAN?*

➤ **Riscontro:**

Si intende sistema in grado di tenere traccia dei cicli effettuati e che consenta l'esportazione.

---

### Quesito n. 14

*"Quanti carrelli esterni sono richiesti a macchina?"*

➤ **Riscontro:**

Si veda riscontro al quesito n. 7.

### Quesito n. 15

---

Viene richiesto dalla vostra spettabile "gabbia di carico per chirurgia mini invasiva" si intende inserto o cestello dedicato alla microchirurgia?

➤ **Riscontro:**

Si intende un sistema tipo carrello di lavaggio.

### Quesito n. 16

---

Lotto 1: In relazione al punto "La fornitura deve comprendere, oltre alla dotazione in base in taglia idonea neonatale e pediatrica, anche nr. 3 backup di almeno, se presenti, di sensore di flusso con spazio morto minimo autoclavabile, valvola Espiratorie sterilizzabile, cella O2", poiché la richiesta di questo materiale sembra puntare ad una fornitura che inizialmente possa garantire un tempo di funzionamento - per ogni singolo macchinario - che non comporti ulteriori approvvigionamenti da parte dell'ente, si chiede se possibile altresì offrire per ogni macchina un doppio sistema, tecnologicamente unico e già comprensivo di tutti i costituenti sopra menzionati, di lunghissima durata che possa garantire almeno gli stessi vantaggi ed il medesimo scopo degli ulteriori 3 back-up descritti e richiesti dall'Ente.

➤ **Riscontro:**

Si veda riscontro al quesito n. 4.

---


**Il supporto giuridico al R.U.P.**

Giuseppe Ravo



**Il Direttore U.O.C.**  
**Acquisizione Beni e Servizi**

Erica Ferri



**il R.U.P.**

Riccardo Savastano

