

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 – Napoli
Tel. 081 2205228 / 081 2205292 – fax 081 220 52 44
Pec: provveditoriato.santobono@pec.it

AVVISO DI CHIARIMENTI

Oggetto: RDO M.e.P.A. n. 5373419 per la fornitura, con posa in opera, di n. 2 Lavaendoscopi automatiche per disinfezione degli endoscopi, comprensiva di carrello e di sistema software di tracciabilità degli strumenti dalla fase di procedura sino alla fase di stoccaggio, nonché fornitura quinquennale, in somministrazione, di materiale di consumo - **Riscontro chiarimenti.**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

QUESITO n.1:

"Spett.le Ente,

In riferimento al vostro riscontro fornito alla richiesta di chiarimenti n.2 del quesito 4, si legge testualmente che "...le voci concernenti moduli di gestione anagrafica paziente, esami, refertazioni e elaborazione immagini si configurano come refuso editoriale e non devono essere vincolanti per l'offerente né interpretati come requisiti indispensabili per la partecipazione".

Si fa però presente che, al paragrafo 3.1 del disciplinare di gara "Criteri di Valutazione dell'offerta tecnica", sono assegnati 13 punti alla voce "Gestione servizio Gastroenterologia (esami, referti, archiviazione dati).

Si chiede dunque di confermare che tali requisiti, seppur non di minima, saranno correttamente valutati seguendo la griglia di valutazione e la legge di gara.

Cordiali saluti."

● **Riscontro:**

Si conferma che i criteri di valutazione sono quelli riportati nella tabella di punteggio a pagina 21 delle Condizioni particolari di fornitura e disciplinare di gara.

QUESITO n.2:

"Buonasera,

in riferimento alle buste per il trasporto sporco/pulito degli endoscopi, si chiede conferma che offrendo un kit unico, che contiene sia il telino verde per il trasporto di endoscopio pulito e sia il telino rosso per il trasporto di endoscopio sporco, è sufficiente offrire n.1000 kit (per un totale di n.1000 telini rossi e n.1000 telini verdi).

*Si richiede, altresì, di confermare per motivi di igiene, che i telini abbiano essere sterili monouso per evitare che gli endoscopi disinfettati vengano a contatto con telini non sterili e non disinfettati.
In attesa di riscontro per procedere con l'offerta, si inviano cordiali saluti."*

● **Riscontro:**

In riferimento alla richiesta di chiarimento, si precisa che:

non è richiesta la sterilità dei telini monouso destinati al trasporto di endoscopi disinfettati, in quanto gli endoscopi flessibili, dopo reprocessing con disinfezione ad alto livello (HLD), non sono sterili, ma "puliti" secondo le linee guida cliniche. Il loro trasporto deve avvenire in contenitori o telini puliti e monouso, in grado di evitare la ricontaminazione ambientale, ma non necessariamente sterili. Ciò è conforme a quanto previsto da:

ISO 16442:2015, che richiede protezione da contaminazione, senza imporre la sterilità del contenitore;

Linee guida ESGE/ESGENA 2021 e AAMI ST91:2021, che raccomandano l'uso di contenitori "clean, dry and labeled" per endoscopi reprocessed, senza obbligo di confezione sterile.

L'eventuale proposta di telini sterili non costituisce un requisito tecnico vincolante, come già indicato nel capitolato.

In merito ai quantitativi si rappresenta che il capitolato richiede 100 confezioni di buste per trasporto "sporco" e 100 confezioni di buste per trasporto "pulito". Tipicamente ciascuna confezione contiene 10 buste. Pertanto:

100 confezioni "sporco" = $100 \times 10 = 1\ 000$ telini rossi

100 confezioni "pulito" = $100 \times 10 = 1\ 000$ telini verdi

Offrendo un kit monouso composto da 1 telino rosso + 1 telino verde, è pertanto sufficiente fornire 1 000 kit, corrispondenti esattamente ai quantitativi richiesti (1 000 telini rossi e 1 000 telini verdi).

Il R.U.P.

Dott. Riccardo Savastano