



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n.8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT**

**OGGETTO: BENESTARE ALLA FATTURAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO A SERVIZIO DEL TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DELLA U.O.S.D. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN EMERGENZA URGENZA DEL P.O. SANTOBONO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE - SERVIZIO NON COMPRESO NEL CONTRATTO S.I.G.M.A. -ANNO 2022 - DITTA ALTHEA ITALIA SPA - ORDINE N.32696949 (IMPORTO EURO 4013.87 € OLTRE IVA) - SMART CIG: Z8E39FE233**

### Premesso che:

- Questa A.O.R.N. con Delibera n. 359 del 31 maggio 2021, ha aderito alla convenzione stipulata tra la società So.Re.Sa. SpA e la società Althea Italia SpA, per i servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania;
- L'affidamento su indicato non è comprensivo delle manutenzioni e riparazioni effettuate per rotture accidentali, per tarature e calibrazioni di apparecchiature elettromedicali, per manutenzioni e riparazioni relative a elettromedicali non indicati nel contratto e per manutenzione considerate di elevata onerosità;

### Considerato che:

- La U.O.S.D. Diagnostica per immagini in emergenza urgenza in data 08-11-2022 richiedeva alla società Althea Italia SpA intervento tecnico per l' Iniettore di mezzo di contrasto a servizio del tomografo computerizzato come di seguito indicato
  - Ticket 2022/1639 - inventario ingegneria clinica A005017 – s.n. 60764873208000, in contratto di manutenzione alla società Althea Italia SpA nell'ambito della predetta convenzione;
- La società Althea Italia SpA ha gestito le richiesta, a seguito di analisi tecnica da parte della casa costruttrice, faceva pervenire il seguente preventivo:
  - Prot. n. 105/0762/EO - Comunicazione offerta riparazione (eccessiva onerosità) su Iniettore Angiografico Medrad Mod. Stellant CT s/n 60764873 208000 inv. A005017 - € 5.017,33 oltre iva;
- Il Responsabile UOSID Bioingegneria ha richiesto l'intervento di casa madre in situ per un approfondimento tecnico della problematica, a seguito del quale quest'ultima ha prodotto un preventivo (prot. 345/M del 09/11/2022) per un importo di € 4.431,00 € oltre iva;
- La società Althea Italia SpA ha successivamente riformulato il preventivo (Prot. n. 112/0762/EO del 15-12-2022) a fronte di un importo di € 4.013,87 € oltre iva, inferiore al preventivo prodotto da casa madre;
- Il Responsabile U.O.S.D. Diagnostica per immagini in emergenza urgenza in data 16/12/2022 notificava della necessità di procedere con carattere di massima urgenza alla riparazione per garantire la continuità operativa della Diagnostica TC di Pronto Soccorso, Il Responsabile UOSID Bioingegneria approvava il preventivo di cui alla nota Prot. n. 112/0762/EO del 15-12-2022 a fronte

di un importo di € 4.013,87 € oltre iva della società Althea Italia SpA;

**Constatato:**

- Che la Althea Italia SpA ha effettuato le operazioni richieste come da rapporto di lavoro riscontrato dal reparto in data 29-12-2022;
- Che questa UOC, conseguentemente, per quanto di competenza, ha provveduto all'istruttoria di benessere alla fatturazione, avendo controllato la completezza e l'esattezza della relativa documentazione in atti, come da tabella che segue:

Smart-CIG	Contratto	Ordine	Modulo di acquisto	Documento Materiale
Z8E39FE233	4600140829	32696949	1000547431	5004192471

**IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA**

**D E T E R M I N A**

- **la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del processo attivato**, essendo stato predisposto mediante il sistema informatizzato SIAPS **il ricevimento del seguente ordine, allegato il rapporto di lavoro al fascicolo informativo, nonché il relativo il benessere** come di seguito indicato:

Contratto	Ordine	Modulo di acquisto	Documento materiale	Importo
4600140829	32696949	1000547431	5004192471	4013,87 € + IVA
Totale				

- **Trasmettere** copia del presente provvedimento:

- Alla U.O.C. Gestione economico finanziaria per opportuna conoscenza della relativa nuova spesa nel Bilancio 2023;
- Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del Committente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 37 co. 1 e 2 del D.Lgs 33/2013, così come modificato dall'art 31 del D.Lgs 97/2016;
- Collegio Sindacale;

**Il Responsabile U.O.S.I.D. Bioingegneria**

*(firmato digitalmente)*

**Il RUP - Responsabile U.O.S.I.D. Patrimonio e Contratti**

*(firmato digitalmente)*

**Il Direttore UOC Tecnico Patrimonialed ed ICT**

*(firmato digitalmente)*

