

Relazione della Commissione

Nei giorni 28.9.2023; 5.10.2023; 6.10.2023 e 10.10.2023, i componenti della commissione composta dal Dr. Giovanni Maria Di Marco, Dott.ssa Maria Rosaria Pirozzi e Dr.ssa Maria Grazia Liguori, nominati con Delibera del Direttore Generale n. 587 del 3.8.2023 per **Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi a mezzo piattaforma di e-procurement SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A., per la fornitura con posa in opera suddivisa in quattro lotti di apparecchiature elettromedicali con servizio di manutenzione ed assistenza tecnica Full Risk per le esigenze dell'A.O.R.N. Santobono - Pausilipon**, hanno esaminato la documentazione tecnica pervenuta sulla piattaforma digitale SIAPS per ciascuno dei quattro lotti di gara. Al termine dei lavori, la commissione conclude quanto segue:

Lotto 1

Il prodotto presentato dalla ditta Servizi Ospedalieri è stato escluso dalla valutazione tecnica, in quanto non risponde alle caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, precisamente non soddisfa il criterio previsto dal questionario tecnico al punto **“Caratteristiche generali apparecchiatura- modalità di ventilazione richieste – modalità di Volume Garantito applicabile a tutte le modalità ventilatorie compresa HFO”**. Infatti, come si evince dal manuale d’uso del ventilatore Sophie a pag. 31 e pag. 115, il volume garantito non è applicabile alla modalità ventilatoria HFO.

Tutti gli altri prodotti offerti sono risultati conformi alle caratteristiche generali riportate nel capitolato di gara.

Criterio 1

Le offerte pervenute da parte delle ditte Getinge, Draeger e ATM soddisfano i requisiti richiesti. Per gli aspetti relativi alle visualizzazioni, ergonomia, impostazioni ed interfacce dati i prodotti hanno pari qualità. Ai prodotti delle ditte Getinge e Draeger che offrono un display touchscreen più ampio (Getinge 15”, Draeger 15.6”), la Commissione attribuisce il massimo punteggio, mentre alla concorrente ATM che offre un display di dimensioni minori (10.4”) la Commissione attribuisce un punteggio inferiore.

Criterio 2

L’offerta pervenuta da parte della ditta Draeger soddisfa il requisito richiesto del sensore di ossigeno di tipo paramagnetico (in maniera eccellente).

Il prodotto presentato dalla ditta Getinge, prevede un sensore di ossigeno ad ultrasuoni che soddisfa analogamente (in maniera eccellente) il criterio, poiché tali sensori posseggono una equivalenza tecnica e funzionale rispetto al sensore di ossigeno di tipo paramagnetico, così come dichiarato dalla ditta nel questionario tecnico.

La Commissione assegna un punteggio sufficiente al prodotto presentato dalla ditta ATM, che prevede un sensore di ossigeno di tipo galvanico il quale possiede una durata di circa 12 mesi, con garanzia di sostituzione dello stesso per 9 anni.

Criterio 3

Le offerte pervenute da parte delle ditte Getinge, Draeger e ATM soddisfano i requisiti richiesti. Per gli aspetti relativi alle modalità di funzionamento, software, carrello, valvole espiratorie ed inspiratorie, miscelatore, tipi di sensore di flusso i prodotti hanno pari qualità. Al prodotto offerto dalla ditta ATM che risulta avere peso minore (20 kg), dimensioni minori (L 30 cm × P 42 cm × A 37 cm) ed una maggiore durata della batteria (2.5 ore), la Commissione attribuisce il massimo punteggio, mentre alle altre concorrenti che offrono un peso maggiore (Getinge 23 kg, Draeger 21 kg), dimensioni maggiori (Getinge L 36.8 cm x P 20.5 cm x A 82.6 cm; Draeger L 39.5 cm x P 63,9 cm x A 70 cm) ed una minore durata della batteria (Getinge n. 2 moduli di 30’ ciascuno; Draeger 30’) la Commissione attribuisce un punteggio inferiore.

Criterio 4



Le offerte pervenute da parte delle ditte Getinge, Draeger e ATM soddisfano il requisito richiesto (in maniera eccellente).

Criterio 5

Le offerte pervenute da parte delle ditte Getinge, Draeger e ATM soddisfano i requisiti richiesti. Per gli aspetti relativi alle modalità ventilatorie, parametri disponibili e monitorabili, limiti di impostabilità e compensazione perdite i prodotti hanno pari qualità. Al prodotto della ditta ATM che possiede come ulteriore condizione migliorativa ai fini della ventilazione l'opzione SW FOT (tecnica dell'oscillazione forzata), la Commissione attribuisce il massimo punteggio in quanto tale caratteristica è ritenuta particolarmente soddisfacente. Al prodotto della ditta Getinge, che possiede un trigger aggiuntivo (trigger neurale), la Commissione ha attribuito un punteggio buono. Al prodotto della ditta Draeger che non presenta ulteriori condizioni migliorative di particolare rilevanza, la Commissione ha attribuito un punteggio minore.

Criterio 6

Le offerte pervenute da parte delle ditte Getinge, Draeger e ATM offrono una garanzia di 36 mesi

Lotto 2

L'apparecchiatura offerta dalla ditta Draeger soddisfa a pieno tutte le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico

Lotto 3

Il prodotto offerto dalla ditta Medisol soddisfa a pieno tutte le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico. La ditta offre garanzia n. 48 mesi.

Il prodotto della ditta servizi Ospedalieri non viene valutato e quindi escluso in quanto non risponde alle caratteristiche minime di capitolato al punto *"Caratteristiche Generali Apparecchiatura"* Precisamente non presenta il pannello operativo touch screen a colori di ampie dimensioni come richiesto; non specifica la presenza del software di misurazione automatica sul tracciato doppler modulo per la quantificazione avanzata 3D integrato nella macchina per il calcolo automatico di volume, FE e massa; non viene dichiarata lo spegnimento e riaccensione del dispositivo in tempi brevi.


Lotto 4

I prodotti offerti dalla ditta Servizi Ospedalieri soddisfano a pieno tutte le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico. Al criterio 14 la ditta offre una garanzia di 60 mesi.

Il Presidente della Commissione Dott. Giovanni Maria di Marco

Il componente della Commissione Dott.ssa Maria Rosaria Pirozzi

Il componente della Commissione Dott.ssa Maria Grazia Liguori



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is 'Giovanni Maria di Marco', the second is 'Maria Rosaria Pirozzi', and the third is 'Maria Grazia Liguori'.

LOTTO 01

		Getinge	Draeger	ATM	Servizi ospedalieri
<p>Interfaccia utente: Visualizzazioni, Caratteristiche del Monitor, Ergonomia, Impostazioni, Interfacce dati e configurazione</p>	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	15,00	12,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00	15,00	12,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00	15,00	12,00	0,00
	Punti massimi attribuibili	6,00	6,00	6,00	6,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,00	6,00	3,60	0,00
Sensore ossigeno di tipo paramagnetico (esente da manutenzione)					

GNDM

Caratteristiche tecniche: Modalità di funzionamento, Software, Peso e dimensioni, Carrello, Valvole espiratorie e inspiratorie, Miscelatore, Batteria, Tipi di sensore di flusso	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	6,00	6,00	3,60	0,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	6,00	6,00	3,60	0,00
	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,70	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00	14,00	20,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,70	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00	14,00	20,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,70	1,00	0,00
Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00	14,00	20,00	0,00	

67771
 M...

Usabilità e sicurezza:
 Regolazioni dei parametri
 (rapida, touch screen...),
 Caratteristiche allarmi e
 avvisi, Sistema per
 garantire la continuità di
 utilizzo durante il
 trasporto, Help in linea,
 Procedura di
 sterilizzazione,
 Sanificazione, Sistemi di
 fessaggio, Carrello,
 Accessori

Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
Giudizio Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
Giudizio Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00

GMM
 M. P. P.

Funzionalità:
 Modalità ventilatorie
 (invasive, non invasive,
 alta frequenza
 oscillatoria, altre
 tipologie), funzioni
 trigger, Parametri
 disponibili e monitorabili
 (numerici e grafici),
 Limiti di impostabilità,
 Compensazione perdite in
 inspirazione ed
 espirazione, ulteriori
 condizioni migliorative

Punti massimi attribuibili	Giudizio Commissario 1	0,80	0,60	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00	12,00	20,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,60	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00	12,00	20,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,60	1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00	12,00	20,00	0,00

GNDM


Garanzia e manutenzione
(minimo 24 mesi).
Estensione della
Assistenza tecnica Full
Risk (denominata EAFR),
oltre periodo minimo di 24
mesi obbligatorio
richiesto per l'assistenza
full risk, con la seguente
attribuzione di punteggio:
Se EAFR < 12 mesi, Pi=0;
Se 12 ≤ EAFR < 24 mesi,
Pi=2;
Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;

Punti massimi attribuibili	Giudizio Commissario 1	0,50	0,50	0,50	0,00	
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,00	2,00	2,00	0,00	
	Giudizio Commissario 2	0,50	0,50	0,50	0,00	
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,00	2,00	2,00	0,00	
	Giudizio Commissario 3	0,50	0,50	0,50	0,00	
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,00	2,00	2,00	0,00	
	Punti massimi attribuibili					4,00
	Punti qualità attribuiti					4,00
	Punti qualità attribuiti					4,00
	Punti qualità attribuiti					4,00

GNDM
14/10/2021

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Getinge	Draeger	ATM	Servizi ospedalieri
Punti qualità attribuiti Comm. 1	70,00	64,00	72,60	0,00
Punti qualità attribuiti Comm. 2	70,00	64,00	72,60	0,00
Punti qualità attribuiti Comm. 3	70,00	64,00	72,60	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	70,00	64,00	72,60	0,00
Punteggio massimo attribuito	72,60			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Getinge	Draeger	ATM	Servizi ospedalieri
Coefficiente di riparametrizzazione	0,96	0,88	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Getinge	Draeger	ATM	Servizi ospedalieri
Punti qualità riparametrizzati	77,13	70,52	80,00	0,00

67001

My 

per Dräger Geringe

DITTA	
PUNTEGGIO DI QUALITÀ	
Getinge	77,13498623
Dräger	70,52341598
ATM	80
Servizi ospedalieri	0

LOTTO 01

LOTTO 02

Draeger

Caratteristiche della campana :

- Materiali costruttivi
- Parete doppia o singola
- Numero di pannelli
- Numero di pannelli abbattibili e modalita di abbattimento
- Numero di oblò e modalita di apertura e materiale guarnizioni
- Numero e posizioni degli accessi per passaggio di cavi, tubi, sondini
- Rumorosità in decibel all'interno della campana

Punti massimi attribuibili

14,00

Giudizio Commissario 1	1,00
Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00
Giudizio Commissario 2	1,00
Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00
Giudizio Commissario 3	1,00

6957


	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>14,00</p>
<p>Caratteristiche del sistema ibrido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di apertura della capottina • Velocità di apertura della capottina • Tipo ed efficacia del riscaldamento radiante • Modalità e velocità di sincronizzazione tra il riscaldamento radiante e quello a convezione • Lampada illuminante il lettino durante l'apertura della capottina: tipologia e funzionamento 	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>16,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p> <p>Giudizio Commissario 2</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p> <p>Giudizio Commissario 3</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>1,00</p> <p>16,00</p> <p>1,00</p> <p>16,00</p> <p>1,00</p> <p>16,00</p>


GARDI


<p>Caratteristiche del piano (lettino) porta neonato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riscaldamento materassino (si-no) • Movimento materassino (girevole, estraibile ecc.) • Materiali di costruzione e capacità anti decubito, anti soffocamento ed anti ignifughe del materassino • Misure materassino • Lettino regolabile in altezza e modalità regolazione • Possibilità e gradi di inclinazione laterale del lettino • Gradi di Trendelemburg-Antitrendelemburg • Caratteristiche e dimensioni vano porta RX • Cassettiera (posizione, capienza, modalità di funzionamento) 	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>13,00</p>	
<p>Giudizio Commissario 1</p>			<p>1,00</p>
<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>			<p>13,00</p>
<p>Giudizio Commissario 2</p>			<p>1,00</p>
<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	<p>13,00</p>		
<p>Giudizio Commissario 3</p>	<p>1,00</p>		

GNDN



	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,00
Caratteristiche e regolazione del Carrello	Punti massimi attribuibili	2,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	2,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	2,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	2,00


 GNSM

<p>Umidificazione e pulizia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di funzionamento del sistema di umidificazione • Modalità Sterilità del percorso di umidificazione • Modalità di pulizia del percorso di umidificazione • Modalità ispezione e sostituzione dei filtri aria • Modalità smontaggio e sanificazione delle varie componenti 	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>10,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p> <p>Giudizio Commissario 2</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p> <p>Giudizio Commissario 3</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>1,00</p> <p>10,00</p> <p>1,00</p> <p>10,00</p> <p>1,00</p> <p>10,00</p>
<p>Modalità di regolazione dei Parametri controllati e memorizzazione trend</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>10,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p>	<p>1,00</p>

2011


	Punti qualità attribuiti Commissario1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario3	10,00
Caratteristiche Display, visualizzazione allarmi e trends	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario3	10,00
	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario1	5,00
Componenti aggiuntivi non previsti nel questionario	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario3	5,00

GNPT


TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Draeger
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	80,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	80,00
Media dei punti di qualità attribuiti	80,00
Punteggio massimo attribuito	80,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Draeger
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Draeger
Punti qualità riparametrizzati	80,00

GNP/1



Handwritten signature

GRUPPI

LOTTO 02	
DITTA	
PUNTEGGIO DI QUALITA'	80
Draeger	

LOTTO 03

		Medisol	Servizi ospedalieri
<p>Caratteristiche tecniche dell'ecotomografo, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capacità di memoria -Numero di porte usb -Tecnologia e prestazioni del processore -dimensioni e risoluzione del monitor -dimensioni e peso dell'apparecchio -tempi di accensione da spento e standby -eventuale presenza batteria e durata 	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
<p>Capacità in MB</p>	<p>Giudizio Commissario 1</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p> <p>Giudizio Commissario 2</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p> <p>Giudizio Commissario 3</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>1,00</p> <p>10,00</p> <p>1,00</p> <p>10,00</p> <p>1,00</p> <p>10,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

GNM


<p>Caratteristiche tecniche dell'ecotomografo ai fini qualitativi dell'imaging , ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -frequenza massima (MHZ) -profondità di scansione massima (cm) -frame rate (imm/sec) in 2D con sonda phased array -frame rate (vol/sec) in 4D con sonda phased array <ul style="list-style-type: none"> -B/N e colore, -range dinamico (dB) -canali digitali in Tx e Rx 		<p>Punti massimi attribuibili</p> <p>Giudizio Commissario 1</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p> <p>Giudizio Commissario 2</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p> <p>Giudizio Commissario 3</p> <p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>10,00</p> <p>1,00</p> <p>10,00</p> <p>1,00</p> <p>10,00</p> <p>1,00</p> <p>10,00</p>	<p>10,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
---	--	---	---	--

GARDN


<p>Gamma, tipologie e caratteristiche tecniche e funzionali dei trasduttori:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Numero di trasduttori collegabili contemporaneamente (no pencil) al sistema, -dimensioni e peso -materiali di costruzione e tecnologie innovative -range di frequenze di lavoro, -modalità e angolo di scansione -fuochi <p>Inoltre, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gamma e tecnologia dei trasduttori volumetrici -Gamma e tipologia dei trasduttori a matrice 	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p>	<p>1,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>	<p>10,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 2</p>	<p>1,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	<p>10,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 3</p>	<p>1,00</p>	<p>0,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>10,00</p>	<p>0,00</p>

M. G. M. M.


<p>Caratteristiche e funzioni di elaborazione delle immagini, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zoom in tempo reale e su immagine congelata -risoluzione matrice di immagine in visualizzazione -funzioni disponibili di quantificazione 2D 	Punti massimi attribuibili		10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1		1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1		10,00	0,00
	Giudizio Commissario 2		1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2		10,00	0,00
	Giudizio Commissario 3		1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3		10,00	0,00
	Punti massimi attribuibili		10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1		1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1		10,00	0,00
Giudizio Commissario 2		1,00	0,00	
<p>Funzionalità e qualità imaging 2D color e doppler compresi (color doppler, doppler CW, regolazione automatica dello spettro), capacità di effettuare triplex mode</p>	Punti massimi attribuibili		10,00	10,00
Giudizio Commissario 1		1,00	0,00	
Punti qualità attribuiti Commissario 1		10,00	0,00	
Giudizio Commissario 2		1,00	0,00	

Handwritten signature

<p>Software di analisi: funzionalità, flessibilità e completezza stress eco, calcolo automatico frazione di eiezione, M-Mode anatomico e speckle di parete per immagini 2D, modalità avanzate di analisi</p>	Punti qualità attribuiti Commissario 2		10,00	0,00
	Giudizio Commissario 3		1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3		10,00	0,00
	Punti massimi attribuibili		8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1		1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1		8,00	0,00
<p>Funzionalità e qualità dell'immagine B-Mode e doppler, in particolare efficacia dei sistemi di ottimizzazione dell'immagine e di riduzione degli artefatti, misurazione in modalità vascolare e cardiaca</p>	Giudizio Commissario 2		1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2		8,00	0,00
	Giudizio Commissario 3		1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3		8,00	0,00
	Punti massimi attribuibili		6,00	6,00
	Giudizio Commissario 1		1,00	0,00

Handwritten signature and initials, possibly 'L.M.' and 'B.S.', with a date '6/11/11' written above.

<p>Funzionalità e capacità di elaborazione nelle applicazioni più avanzate quali imaging volumetrico 4D real time, compreso il software di quantificazione avanzata 3D</p>	Punti massimi attribuibili			8,00	8,00
	Punti qualità attribuiti commissario1			6,00	0,00
	Giudizio Commissario 2			1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2			6,00	0,00
	Giudizio Commissario 3			1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3			6,00	0,00
	Punti massimi attribuibili			8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1			1,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1			8,00	0,00
	Giudizio Commissario 2			1,00	0,00
Punti qualità attribuiti commissario2			8,00	0,00	
Giudizio Commissario 3			1,00	0,00	
Punti qualità attribuiti commissario3			8,00	0,00	
Punti massimi attribuibili			4,00	4,00	
Giudizio Commissario 1			1,00	0,00	
Punti qualità attribuiti commissario1			4,00	0,00	
Giudizio Commissario 2			1,00	0,00	
Punti qualità attribuiti commissario2			4,00	0,00	
Giudizio Commissario 3			1,00	0,00	
Punti qualità attribuiti commissario3			4,00	0,00	
ergonomia del sistema e semplicità d'uso					

<p>Garanzia e manutenzione (minimo 48 mesi) . Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR) , oltre periodo minimo di 48 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio: Se EAFR < 12 mesi , Pi=0; Se 12 ≤ EAFR < 24 mesi , Pi=2; Se EAFR ≥ 24 mesi , Pi=4;</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>4,00</p>	<p>4,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p> <p>Punti qualità attribuiti commissario1</p> <p>Giudizio Commissario 2</p> <p>Punti qualità attribuiti commissario2</p> <p>Giudizio Commissario 3</p> <p>Punti qualità attribuiti commissario3</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

M. G. P.

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Medisol	Servizi ospedalieri
Punti qualità attribuiti Comm.1	76,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	76,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	76,00	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	76,00	0,00
Punteggio massimo attribuito	76,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Medisol	Servizi ospedalieri
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Medisol	Servizi ospedalieri
Punti qualità riparametrizzati	80,00	0,00

Handwritten signature and date: 15/04/2011

My Price
GRISA

LOTTO 03	
DITTA	
PUNTEGGIO DI QUALITA'	
80	Medisol
0	Servizi ospedalieri

LOTTO 04

Servizi
ospedalieri

Camera (tipologia del materiale utilizzato, spessore della camera, pressione della camera, caratteristiche intercapedine, garanzia della camera, numero e tipologia sonde e trasduttori, sistema di filtraggio aria, sistemi di sicurezza) (autoclavi)

Punti massimi attribuibili

7,00

Giudizio Commissario 1	1,00
Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,00
Giudizio Commissario 2	1,00
Punti qualità attribuiti Commissario 2	7,00
Giudizio Commissario 3	1,00
Punti qualità attribuiti Commissario 3	7,00


601981


<p>Generatore di vapore (materiale utilizzato, accessibilità per sostituzione resistenze, etc) (autoclavi)</p>	Punti massimi attribuibili		6,00
	Giudizio Commissario 1		1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1		6,00
	Giudizio Commissario 2		1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2		6,00
	Giudizio Commissario 3		1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3		6,00
	Punti massimi attribuibili		7,00
	Giudizio Commissario 1		1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1		7,00
Giudizio Commissario 2		1,00	
Punti qualità attribuiti Commissario 2		7,00	
Giudizio Commissario 3		1,00	

Porte (tipologia del materiale utilizzato, sistemi di sicurezza, tipologia guarnizioni e periodicità di sostituzione, durata della garanzia della porta) (autoclavi)

6 NDM



<p>Interfaccia utente (dimensioni touch screen, dimensione caratteri per visione a distanza, visualizzazione delle fasi, dei tempi, dei parametri ed indicatori, sistemi di allarmi acustici e visivi, manometri) (autoclavvi)</p>	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>7,00</p>
	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>7,00</p>
<p>Pompe del vuoto (tipologia realizzativa, livello di rumore prodotto, tipologia e grado di filtrazione dell'acqua) (autoclavvi)</p>	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>	<p>1,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	<p>7,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>1,00</p>
	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>7,00</p>
	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>6,00</p>

GNST


Programmi e cicli di sterilizzazione (autoclavvi)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	6,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	6,00
	Punti massimi attribuibili	6,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	6,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
Punti qualità attribuiti commissario2	6,00	
Carrelli (materiali, movimentazioni, capacità, caricamento automatico e/o manuale) (autoclavvi)	Punti massimi attribuibili	6,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
Punti qualità attribuiti commissario1	6,00	
Giudizio Commissario 2	1,00	
Punti qualità attribuiti commissario2	6,00	

6707


Offerte migliorative (es Interfacciabilità con sistema tracciabilità in dotazione T-DOC) (autoclavi)	Punti massimi attribuibili	Giudizio Commissario 3	1,00	
		Punti qualità attribuiti commissario3	6,00	
		Punti massimi attribuibili		6,00
		Giudizio Commissario 1	1,00	
		Punti qualità attribuiti commissario1	6,00	
		Giudizio Commissario 2	1,00	
		Punti qualità attribuiti commissario2	6,00	
		Giudizio Commissario 3	1,00	
		Punti qualità attribuiti commissario3	6,00	
		Programmi e cicli di lavaggio (lavastumenti)	Punti massimi attribuibili	Punti massimi attribuibili
Giudizio Commissario 1	1,00			
Punti qualità attribuiti commissario1	5,00			
Giudizio Commissario 2	1,00			
Punti qualità attribuiti commissario2	5,00			
Giudizio Commissario 3	1,00			
Punti qualità attribuiti commissario3	5,00			
Punti massimi attribuibili				5,00
Giudizio Commissario 1	1,00			
Punti qualità attribuiti commissario1	5,00			
Interfaccia utente (lavastumenti)	Punti massimi attribuibili	Giudizio Commissario 1	1,00	
		Punti qualità attribuiti commissario1	5,00	



 GMM

	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
Sistemi di allarmi e sicurezza (lavastrumenti)	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
	Punti massimi attribuibili	5,00
Caratteristiche accessori forniti (lavastrumenti)	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
	Punti massimi attribuibili	5,00
Ingombro e caratteristiche costruttive (es. materiali) (lavastrumenti)	Punti massimi attribuibili	5,00

6 NOV


<p>Garanzia e manutenzione (minimo 48mesi). Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR), oltre periodo minimo di 48 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio: Se EAFR < 12 mesi, Pi=0; Se 12 ≤ EAFR < 24 mesi, Pi=2; Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;</p>	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00	
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00	
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00	
	Punti massimi attribuibili		4,00
	Giudizio Commissario 1	0,50	
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,00	
	Giudizio Commissario 2	0,50	
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,00	
	Giudizio Commissario 3	0,50	

6007


Punti qualità attribuiti
commissario3

2,00


M. G. G. G.
G. G. G. G.

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Servizi ospedalieri
Punti qualità attribuiti Comm. 1	78,00
Punti qualità attribuiti Comm. 2	78,00
Punti qualità attribuiti Comm. 3	78,00
Media dei punti di qualità attribuiti	78,00
Punteggio massimo attribuito	78,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Servizi ospedalieri
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Servizi ospedalieri
Punti qualità riparametrizzati	80,00

GNDM


M. Rossi
G. Rossi

LOTTO 04	
DITTA	
PUNTEGGIO DI QUALITA'	80
Servizi ospedalieri	