

**LOTTO 4**

80,00

Fornitura con posa in opera di n. 1  
microscopio per ematologia per le  
esigenze Patologia Clinica P.O.  
Santobono

**LEICA  
MICROSYSTEM  
SRL**

**NIKON  
EUROPE  
B.V.**

**CRITERIO 1**

Punti massimi  
attribuibili

20,00

20,00

Manopole di messa a  
fuoco macro/micro  
regolabili in  
altezza,  
inclinazione,  
possibilità di  
spostare asta di  
traslazione

Giudizio  
Commissario 1

1,00

0,90

Punti qualità  
attribuiti  
Commissario 1

20,00

18,00

Giudizio  
Commissario 2

1,00

0,90

Punti qualità  
attribuiti  
Commissario 2

20,00

18,00

Giudizio  
Commissario 3

1,00

0,90

Punti qualità  
attribuiti  
Commissario 3

20,00

18,00

**CRITERIO 2**

Punti massimi  
attribuibili

16,00

16,00

Tipologia messa a  
fuoco (macro,  
micro e semimicro)

Giudizio  
Commissario 1

1,00

0,70

Punti qualità  
attribuiti  
Commissario 1

16,00

11,20

Giudizio  
Commissario 2

1,00

0,70

Punti qualità  
attribuiti  
Commissario 2

16,00

11,20

Giudizio  
Commissario 3

1,00

0,70

Punti qualità  
attribuiti  
Commissario 3

16,00

11,20

  
12  
CB  


CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
Caratteristiche condensatore (es. presenza di scala graduata del diaframma di apertura, etc)	Giudizio Commissario 1	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	10,50
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00	10,50
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00	10,50
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
Caratteristiche obiettivi (apertura numerica, tipologia obiettivo OIL etc)	Giudizio Commissario 1	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00	12,00
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
Caratteristiche fotocamera e monitor (sensore CMOS, risoluzione, fotogrammi al secondo, guadagno, software, risoluzione monitor etc)	Giudizio Commissario 1	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	10,00	6,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	10,00	6,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	10,00	6,00
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00

  
 R  
 CB  
 Mr.

<p>Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR), oltre periodo minimo di 24 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio:</p> <p>Se EAFR &lt; 12 mesi, Pi=0;  Se EAFR ≤ 12 &lt; 24 mesi, Pi=2;  Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;</p>	Giudizio Commissario 1	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	0,00





Fornitura con posa in opera di n. 1 microscopio per  
ematologia per le esigenze Patologia Clinica P.O.  
Santobono

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	LEICA MICROSYSTEM SRL	NIKON EUROPE B.V.
Punti qualità attribuiti Comm.1	76,00	57,70
Punti qualità attribuiti Comm.2	76,00	57,70
Punti qualità attribuiti Comm.3	76,00	57,70
Media dei punti di qualità attribuiti	76,00	57,70
Punteggio massimo attribuito	76,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	LEICA MICROSYSTEM SRL	NIKON EUROPE B.V.
Coefficiente di riparametrazione	1,00	0,76
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	LEICA MICROSYSTEM SRL	NIKON EUROPE B.V.
Punti qualità riparametrati	80,00	60,74

15  
98  
M  


LOTTO 4

Fornitura con posa in opera di n. 1 microscopio per  
ematologia per le esigenze Patologia Clinica P.O.  
Santobono

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
LEICA MICROSYSTEM SRL	80
NIKON EUROPE B.V.	60,73684211

*Handwritten notes:*  
 ✓  
 CB  
 [Signature]

*Handwritten mark:*  
 ⊗

