



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n. 8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

**Verbale n. 2 del 24/10/2023**

**Oggetto:** Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi a mezzo piattaforma di e-procurement SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A., per la fornitura quinquennale in somministrazione, prorogabile di ulteriori tre anni, di reattivi per emogasanalisi con il service full risk di n. 16 sistemi analitici emogasanalizzatori per le esigenze assistenziali dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon – Importo a base di gara quinquennale complessivo € 1.200.000,00 oltre IVA con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. - CIG. 98930177E3.

L'anno 2023 il giorno 24 (quattro) del mese di ottobre alle ore 10:30 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti, in seduta riservata e telematica sulla piattaforma SIAPS, giusta comunicazione alla ditta partecipante a mezzo SIAPS del 18/10/2023 (Registro di Sistema n. PI107406-23), i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con Delibera del Direttore Generale n. 705 del 03/10/2023, che risulta così costituita:

**PRESIDENTE:** **dott. Matteo Paparo** - Dirigente Biologo c/o UOSD Patologia Clinica Pausilipon e Diagnostica Immunoallergologica Avanzata;

**COMPONENTE:** **dott.ssa Rosa Iacolare** - Dirigente Biologo c/o U.O.C. Patologia Clinica;

**COMPONENTE:** **dott. Antonio Pollice** – Dirigente Medico c/o UOSD Patologia Clinica Pausilipon e Diagnostica Immunoallergologica Avanzata;

**SEGRETARIO:** **dott. Alessandro Cerrato** – collaboratore prof.le c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

La Commissione prende atto del provvedimento di nomina e degli altri atti della procedura. I membri della Commissione dichiarano, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non versare in alcuna situazione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 50/2016, o d'incompatibilità, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. C), D. Lgs. 165/2001 o di astensione ai sensi dell'art. 51 del Codice di procedura civile.

La Commissione di Gara, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 28/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto una procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi a mezzo piattaforma di e-procurement SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A., per la fornitura quinquennale in somministrazione, prorogabile di ulteriori tre anni, di reattivi per emogasanalisi con il service full risk di n. 16 sistemi analitici emogasanalizzatori per le esigenze assistenziali dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon – Importo a base di gara quinquennale complessivo € 1.200.000,00 oltre IVA con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. - CIG. 98930177E3;
- che la procedura di gara, come in oggetto menzionata, è da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che sono stati pubblicati sulla piattaforma SIAPS, tutti i riscontri ai chiarimenti entro il termine di scadenza prestabilito del 06/09/2023;
- che a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 12:00 del giorno 15/09/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e si è successivamente proceduto alla nomina del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica per la procedura in oggetto;
- che ha presentato offerta nei termini, attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS la Nova Biomedical Italia P.Iva 09390710961 num. Registro di Sistema PI093640-23;
- che ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare di Gara, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 28/06/2023, la stazione appaltante ha inteso avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede per tutti i concorrenti prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, con le modalità di cui agli art. 21 e 22, poi, alla verifica della documentazione

amministrativa del concorrente primo in graduatoria, così come previsto dall'art. 23. L'operazione di ammissione informatica a mezzo piattaforma SIAPS è finalizzata, esclusivamente, al passaggio alla fase successiva e non pregiudica le successive valutazioni di ammissione/esclusione del seggio di gara sulla documentazione amministrativa;

- che con Verbale n.1 del 24/10/2023, preliminarmente è stata accertata la regolarità della costituzione della Commissione di Gara, e successivamente è stata ammessa con riserva l'unica partecipante alla fase di valutazione tecnica secondo le modalità di cui agli art. 21 e 22 del disciplinare di gara;

*Tanto premesso,*

la Commissione di gara, approva, all'esito dell'esame delle offerte tecniche (compiuta nella seduta riservata), le schede allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale, nelle quali è riportato il punteggio di qualità attribuito secondo la formula e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Partecipante	Punteggio Tecnico	Punteggio Tecnico riparametrato
Nova Biomedical Italia	68	70

Successivamente, La Commissione accede all'offerta economica dell'unica offerente di cui si riportano le risultanze:

Fornitore	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta
NOVA BIOMEDICAL ITALIA	100,00	70,00	30,00	1.086.360,00 €	1.200.000,00 €

La Commissione propone l'aggiudicazione per la Nova Biomedical Italia subordinando alla verifica, da parte del Seggio di gara, della documentazione amministrativa e trasferisce le risultanze della valutazione al RUP per i successivi adempimenti.

La Commissione chiude la seduta alle ore 12:30.

Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

PRESIDENTE: **dott. Matteo Paparo** \_\_\_\_\_;  
COMPONENTE: **dott.ssa Rosa Iacolare** \_\_\_\_\_;  
COMPONENTE: **dott. Antonio Pollice** \_\_\_\_\_;  
SEGRETARIO: **dott. Alessandro Cerrato** \_\_\_\_\_;

## Relazione della Commissione

In data 24/10/2023, i componenti della commissione, nominati con Delibera del Direttore Generale n. 705 del 03/10/2023 per **Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi a mezzo piattaforma di e-procurement SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A., per la fornitura quinquennale in somministrazione, prorogabile di ulteriori tre anni, di reattivi per emogasanalisi con il service full risk di n. 16 sistemi analitici emogasanalizzatori per le esigenze assistenziali dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon – Importo a base di gara quinquennale complessivo € 1.200.000,00 oltre IVA con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. - CIG. 98930177E3**, hanno esaminato la documentazione tecnica pervenuta sulla piattaforma digitale SIAPS. Al termine dei lavori, la commissione conclude quanto segue:

Il prodotto offerto risultata conforme alle caratteristiche generali riportate nel capitolato di gara.

Criterio 1

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 2

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 3

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 4

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 5

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 6

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 7

Il requisito richiesto è parzialmente soddisfatto poiché la conservazione e stoccaggio dei reattivi prevede una modalità combinata e pertanto la Commissione attribuisce il punteggio tabellare previsto (3 su 5).

Criterio 8

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 9

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 10

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 11

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 12

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 13

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

**LOTTO UNICO**

70,00

Fornitura quinquennale in somministrazione, prorogabile di ulteriori tre anni, di reattivi per emogasanalisi con il service full risk di n. 16 sistemi analitici emogasanalizzatori per le esigenze assistenziali dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

**NOVA  
BIOMEDICAL  
ITALIA**

**CRITERIO 1**

Punti massimi attribuibili

5,00

Giudizio Commissario 1

1,00

Tempo di esecuzione del test, dall'analizzatore per l'esecuzione del test, stampa e lavaggio del circuito (tempo da pronto a pronto). Coefficiente 1 allo strumento che prevede il minor tempo di risposta per il pannello analitico indicato, inferiore ai 90 secondi; agli altri strumenti offerti verrà attribuito un coefficiente inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$Ci = T_{min}/Ti$$

dove:

Ci: Coefficiente offerta iesima

Tmin: Tempo più basso per la

produzione del referto,

dall'aspirazione alla stampa del risultato

tra tutte le offerte ammesse

Ti: Tempo per la produzione del

referto, dall'aspirazione alla

stampa del risultato dell'offerta in esame

Punti qualità attribuiti  
Commissario 1

5,00

Giudizio Commissario 2

1,00

Punti qualità attribuiti  
Commissario 2

5,00

Giudizio Commissario 3

1,00

Punti qualità attribuiti  
Commissario 3

5,00

**CRITERIO 2**

Punti massimi attribuibili

5,00

Giudizio Commissario 1

1,00

Punti qualità attribuiti  
Commissario 1

5,00

Fornitura di un programma

di verifica Esterna della Qualità gestito da un provider accreditato con almeno 4 esercizi annui per i due laboratori analisi dell'AORN	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,00
<b>CRITERIO 3</b>	<b>Punti massimi attribuibili</b>	<b>5,00</b>
<p>Minima quantità di campione necessaria alla strumentazione per eseguire i profili analitici richiesti da siringa.</p> <p>Coefficiente 1 allo strumento che prevede il minor quantitativo di sangue per i profili analitici indicati; agli altri strumenti offerti verrà attribuito un coefficiente inversamente proporzionale secondo la seguente formula:</p> $Ci = T_{min}/Ti$ <p>dove:</p> <p>Ci: Coefficiente offerta iesima  Tmin: Volume di campione più basso per l'esecuzione del test tra tutte le offerte ammesse  Ti: Volume di campione più basso per l'esecuzione del test dell'offerta in esame</p>	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,00
<b>CRITERIO 4</b>	<b>Punti massimi attribuibili</b>	<b>5,00</b>
Misura diretta dell'Ematocrito (non derivata/calcolata)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,00
<b>CRITERIO 5</b>	<b>Punti massimi attribuibili</b>	<b>5,00</b>
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,00

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

I controlli di qualità on board, in fase liquida, eseguiti da soluzioni certificate, diverse dai calibratori secondo le direttive CLSI sui tre livelli (Acidosi,Normalità,Alcalosi). Capacità di elaborare e stampare grafici di Levey e Jennings e di stampare i risultati in tempo reale su richiesta dell'operatore.	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,00
<b>CRITERIO 6</b>	Punti massimi attribuibili	5,00
Modalità campionamento - Campionamento da siringa operatore indipendente con sistema Luer-Lock per agganciare e bloccare la siringa durante la fase di prelievo del campione	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
<b>CRITERIO 7</b>	Punti massimi attribuibili	5,00
Modalità conservazione e stoccaggio dei reattivi di eventuali fiale di calibrazione e/o di verifica del buon funzionamento del sistema	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,00
<b>CRITERIO 8</b>	Punti massimi attribuibili	5,00
Esecuzione del profilo analitico B da un unico campionamento e unico strumento	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
<b>CRITERIO 9</b>	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00

	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
<b>CRITERIO 14</b>	Punti massimi attribuibili	5,00
Strumentazione in grado di effettuare autodiagnosi e bloccare la funzionalità in caso di rilevamento di errore o controllo di qualità fallito	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00

**LOTTO UNICO**

Fornitura quinquennale in  
somministrazione, prorogabile di  
ulteriori tre anni, di reattivi per  
emogasanalisi con il service full risk  
di n. 16 sistemi analitici  
emogasanalizzatori per le esigenze  
assistenziali dell'A.O.R.N. Santobono-  
Pausilipon

<b>TABELLA PUNTI ATTRIBUITI</b>	<b>NOVA BIOMEDICAL ITALIA</b>
Punti qualità attribuiti Comm.1	68,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	68,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	68,00
Media dei punti di qualità attribuiti	68,00
Punteggio massimo attribuito	68,00
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRAZIONE</b>	<b>NOVA BIOMEDICAL ITALIA</b>
Coefficiente di riparametrazione	1,00
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRATI</b>	<b>NOVA BIOMEDICAL ITALIA</b>
Punti qualità riparametrati	70,00


Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



**LOTTO UNICO**

Fornitura quinquennale in somministrazione,  
prorogabile di ulteriori tre anni, di reattivi per  
emogasanalisi con il service full risk di n. 16  
sistemi analitici emogasanalizzatori per le esigenze  
assistenziali dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

<b>DITTA</b>	<b>PUNTEGGIO DI QUALITA'</b>
NOVA BIOMEDICAL ITALIA	70

Handwritten signatures and initials in blue ink, located to the right of the table. There are three distinct marks: a large signature at the top, a smaller signature in the middle, and another signature at the bottom.

