

Verbale n. 3 del 13/05/2025

Oggetto: Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura quadriennale, in somministrazione, di dpi e altri dispositivi per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon, suddivisa in n. 8 (otto) lotti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo – Importo complessivo a base di gara € 519.900,00 oltre Iva – Registro di Sistema Siaps PI143814-24

L'anno **2025** il giorno **13 (tredici)** del mese di **maggio** alle ore 10:30 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti, in seduta riservata e telematica sulla piattaforma SIAPS, giusta comunicazione di prosecuzione dei lavori alle ditte partecipanti a mezzo SIAPS del 7.05.2025 (registro di sistema PI059359-25; PI059358-25; PI059357-25; PI059356-25; PI059354-25; PI059353-25; PI059352-25; PI059351-25; PI059350-25; PI059349-25; PI059348-25; PI059347-25), i componenti del Seggio di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominato con Delibera del Direttore Generale n. 137 del 26.02.2025, che risulta così costituito:

PRESIDENTE: Dott.ssa Erica Ferri – Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

COMPONENTE: Dr. Emanuele Ragosta – Collaboratore Amministrativo Prof.le c/o la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

COMPONENTE TECNICO: Dr. Marco Morrongiello – Tecnico Sanitario della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro – APSF c/o la U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità dell'AORN Santobono Pausilipon;

Svolge le funzioni di segretario il Dr. Emanuele Ragosta.

Il Seggio di gara accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 718 del 13.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per la fornitura quadriennale, in somministrazione, di dpi e altri dispositivi per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon, suddivisa in n. 8 (otto) lotti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo – Importo complessivo a base di gara € 519.900,00 oltre Iva;
- che la procedura di gara, come in oggetto menzionata, è da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Leg.vo 31 marzo 2023, n. 36 secondo il criterio del minor prezzo;
- che è stato pubblicato un avviso di chiarimenti prot. AORN n. 0001563 del 20.01.2025;
- che a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 03.02.2025 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e si è successivamente proceduto alla nomina del Seggio di Gara per la procedura in oggetto;
- che hanno presentato offerta nei termini attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i seguenti concorrenti:

Ragione Sociale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
F.A.S.E.	8	PI011961-25	28/01/2025 11:24:43

fu

ER

HM

ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	8	PI012314-25	29/01/2025 09:48:05
PARAMOS SRL	1,2,3,4	PI012431-25	29/01/2025 11:27:29
BIOMATRIX	8	PI012642-25	29/01/2025 14:28:46
SANIFARMAITALIA SRL	1,2	PI013143-25	30/01/2025 12:07:29
BENEFIS S.R.L.	1,2,3,4	PI013206-25	30/01/2025 13:24:17
BERICAH S.p.A.	1,2,3	PI013631-25	30/01/2025 16:04:08
MABE SRL	1	PI013686-25	30/01/2025 17:49:31
LABOINDUSTRIA	8	PI014007-25	31/01/2025 12:02:37
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE	1	PI014155-25	31/01/2025 16:01:23
DAMBO S.r.l.	4	PI014229-25	03/02/2025 01:48:14
vs medicalsud srl	4	PI014471-25	03/02/2025 11:40:48

- o che con verbale n. 1 del 5.03.2025 del Seggio di Gara, si è proceduto all'apertura delle buste digitali amministrative delle ditte concorrenti in seduta riservata e telematica sulla piattaforma di e-procurement SIAPS e, sempre in seduta riservata e telematica, alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione delle Ditte alla procedura di gara, ammettendo al prosieguo della procedura tutte le ditte partecipanti, ad eccezione delle Ditte F.A.S.E.; PARAMOS SRL; BIOMATRIX; SANIFARMAITALIA SRL; MABE SRL; MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE e vs medicalsud srl, per le quali è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio;
- o che con verbale n. 2 del 18.03.2025 del Seggio di Gara, all'esito di esaustivo riscontro alle istanze suddette, il Seggio di Gara ha ammesso al prosieguo della procedura al prosieguo della procedura le ditte F.A.S.E.; PARAMOS SRL, BIOMATRIX; MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE, vs medicalsud srl e Mabe e ha disposto, invece, l'esclusione della ditta Sanifarmitalia s.r.l.;
- o che con verbale n. 2 del 18.03.2025 del Seggio di Gara, il Seggio di Gara ha proceduto all'acquisizione della documentazione tecnica digitale a sistema delle ditte ammesse alla fase dell'apertura della documentazione tecnica, affidando al componente tecnico l'esame e la valutazione della documentazione tecnica delle ditte partecipanti per la verifica di conformità al capitolato di gara;

Tanto premesso,

il Seggio di gara prende atto che:

- o con nota prot. n. 0006536 del 20.03.2025 è stata comunicata l'esclusione della Ditta Sanifarmitalia s.r.l. ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- o si dà atto che il Dr. Marco Morrongiello, componente tecnico del Seggio di Gara, ha definito la valutazione di conformità delle offerte tecniche con le modalità indicate nel disciplinare di gara, come da nota parere allegata al presente verbale, quale parte integrante, come di seguito riportata ed inserita nella piattaforma telematica:

for

EL

HO

lotto	DESCRIZIONE	Fabbisogno quadriennale	Conformità	Ditta
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	10.700	NO	PARAMOS SRL
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	10.700	SI	BENEFIS S.R.L.
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	10.700	SI	BERICAH S.p.A.
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	10.700	NO	MABE SRL
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	10.700	SI	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE
////////////////////////////////////				
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	PARAMOS SRL
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BENEFIS S.R.L.
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BERICAH S.p.A.
////////////////////////////////////				
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	PARAMOS SRL
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BENEFIS S.R.L.
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BERICAH S.p.A.
////////////////////////////////////				
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	PARAMOS SRL
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	BENEFIS S.R.L.
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	DAMBO S.r.l.
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	vs medicalsud srl
////////////////////////////////////				

5	GUANTI TERMO - PROTETTIVI PER AUTOCLAVI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388; UNI EN 407; MARCHIO CE	28	DESERTO	
//				

In prosieguo, il Seggio di Gara prende atto che:

- relativamente al lotto 1 i prodotti offerti dalla Ditta Paramos non sono conformi a quanto previsto dal capitolato tecnico;
- relativamente al lotto 1 i prodotti offerti dalla Ditta Mabe non sono conformi a quanto previsto dal capitolato tecnico;
- relativamente al lotto 8 i prodotti offerti dalla Ditta Biomatrix non sono conformi a quanto previsto dal capitolato tecnico;

Pertanto, il Seggio di Gara dispone quanto segue:

- relativamente al lotto 1 viene disposta l'esclusione della Ditta Paramos;
- relativamente al lotto 1 viene disposta l'esclusione della Ditta Mabe;
- relativamente al lotto 8 viene disposta l'esclusione della Ditta Biomatrix;

Successivamente, il Seggio di Gara procede all'apertura delle offerte economiche presenti sulla piattaforma SIAPS, derivando da ciò il prospetto di seguito riportato:

lotto	DESCRIZIONE	Fabbisogno quadriennale	Conformità	Ditta	Importo
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	10.700	SI	BENEFIS S.R.L.	€ 5.328,60
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN	10.700	SI	BERICAH S.p.A.	€ 20.758,00

fer

ER

HY

	14126:2004. MARCHIO CE				
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	10.700	SI	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE	€ 18.725,00
////////////////////////////////////					
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	PARAMOS SRL	€ 3.200,00
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BENEFIS S.R.L.	€ 1.520,00
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BERICAH S.p.A.	€ 3.024,00
////////////////////////////////////					
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	PARAMOS SRL	€ 1.600,00
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BENEFIS S.R.L.	€ 800,00
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BERICAH S.p.A.	€ 1.320,00
////////////////////////////////////					
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	PARAMOS SRL	€ 347.100,00
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	BENEFIS S.R.L.	€ 211.998,00
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	DAMBO S.r.l.	€ 365.469,60

fer

ER

KM

4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	vs medicalsud srl	€ 336.420,00
////////////////////////////////////					
5	GUANTI TERMO - PROTETTIVI PER AUTOCLAVI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388; UNI EN 407; MARCHIO CE	28		DESERTO	*****
////////////////////////////////////					
6	GUANTI ANTITAGLIO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388-1; UNI-EN 374/1-2 MARCHIO CE	200		DESERTO	*****
////////////////////////////////////					
7	CONTENITORE PORTA AGHI MAGNETICO MARCHIO CE	24.000		DESERTO	*****
////////////////////////////////////					
8	SISTEMA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE MARCHIO CE	28	SI	LABOINDUSTRIA	€ 7.980,00
8	SISTEMA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE MARCHIO CE	28	SI	ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	€ 4.998,00
8	SISTEMA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE MARCHIO CE	28	SI	F.A.S.E.	€ 5.600,00

Il Seggio di Gara propone, pertanto, l'aggiudicazione alle ditte che hanno formulato l'offerta economica al minor prezzo, come di seguito indicato:

lotto	DESCRIZIONE	Fabbisogno quadriennale	Conformità	Ditta	Importo
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	10.700	SI	BENEFIS S.R.L.	€ 5.328,60
////////////////////////////////////					
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	80.000	SI	BENEFIS S.R.L.	€ 1.520,00
////////////////////////////////////					
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126.	80.000	SI	BENEFIS S.R.L.	€ 800,00

	MARCHIO CE				
////////////////////////////////////					
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	534.000	SI	BENEFIS S.R.L.	€ 211.998,00
////////////////////////////////////					
5	GUANTI TERMO - PROTETTIVI PER AUTOCLAVI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388; UNI EN 407; MARCHIO CE	28	DESERTO		*****
////////////////////////////////////					
6	GUANTI ANTITAGLIO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388-1; UNI-EN 374/1-2 MARCHIO CE	200	DESERTO		*****
////////////////////////////////////					
7	CONTENITORE PORTA AGHI MAGNETICO MARCHIO CE	24.000	DESERTO		*****
////////////////////////////////////					
8	SISTEMA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE MARCHIO CE	28	SI	ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	€ 4.998,00

Il Seggio di Gara, infine, prende atto che per i lotti n. 5, 6, 7 non sono state presentate offerte e, pertanto, vengono dichiarati deserti.

I documenti amministrativi, la documentazione tecnica e le offerte economiche, firmate digitalmente, sono custodite in formato digitale sulla piattaforma SIAPS di SORESA S.p.A., il cui accesso è consentito solo mediante password ai membri del Seggio di gara.

Infine, il RUP, presente nella qualità di componente del seggio di gara, prende atto che risultano rispettati i termini di n. 5 (cinque) mesi per la conclusione della procedura, decorrenti dalla data di presentazione delle offerte su piattaforma SIAPS (11.12.2025), ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Alle ore 13:05 cessa la seduta riservata e telematica sul MEPA. Del che è verbale che, letto e confermato, è sottoscritto.

Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

PRESIDENTE

Dott.ssa Erica Ferri

COMPONENTE TECNICO

Dr. Marco Morrongiello

COMPONENTE, con funzioni di Segretario

Dr. Emanuele Ragosta

Oggetto: Valutazione tecnica dei prodotti offerti per la "Procedura di gara per la fornitura quadriennale di DPI ed altri dispositivi per le necessità dei PP.OO. Santobono - Pausilipon"

Il sottoscritto dott. Marco Morrongiello, Tecnico Sanitario della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro – APSF c/o la U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità dell'AORN Santobono Pausilipon, in qualità di componente tecnico del Seggio di Gara (Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 26.02.2025) per l'espletamento della gara per la fornitura quadriennale, in somministrazione, di dpi e altri dispositivi per le esigenze dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, ha proceduto, nelle date del 02/04/2025, 05/05/2025 e del 06/05/2025 alla valutazione delle schede tecniche dei prodotti offerti ed il 03/03/2025 e 04/03/2025 alla presa visione, per il solo lotto n° 8, della campionatura richiesta.

LOTTO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT. (D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	IN TNT, IDROREPELLENTI, TRASPIRANTI. CHIUSURA CON LACCI SUL COLLO E VITA. ELASTICI AI POLSINI. DISPONIBILITA' DI MISURA XS, S, M, L, XL. CONFEZIONATI SINGOLARMENTE PER PRESERVARE LA STERILITA' DEL PRODOTTO.
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (D.lgs. 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	MONOUSO IN TNT, TRASPIRANTI, DOTATE DI LACCI DIETRO LA NUCA DI LUNGHEZZA SUFFICIENTE AD ASSICURARE UNA FACILE ED IDONEA ALLACCIATURA; LATEX FREE. COLORE AZZURRO/VERDE. TAGLIA UNICA
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (D.lgs. 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126. MARCHIO CE	CUFFIA COPRICAPO MONOUSO IN TNT DOTATO DI ELASTICO CIRCOLARE UNICO E MORBIDO, CONFORMATO IN MODO TALE DA RACCHIUDERE LA TESTA SENZA FASTIDIO, LATEX FREE, LA CUFFIA DEVE PERMETTERE LA NATURALE TRASPIRAZIONE DEL CUIOIO CAPELLUTO COLORE AZZURRO/VERDE TAGLIA UNICA
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (D.lgs. 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	IN TNT TRASPIRANTE E IDROREPELENTE; NON STERILE; DOTATI DI ALLACCIATURA POSTERIORE CON LACCI IDROREPELENTE LATEX FREE; DISPONIBILE PREFERIBILMENTE NEI COLORI VERDE/AZZURRO VESTIBILITA'TAGLIE DALLA S ALLA XL

BR

JM

fu

A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON

5	GUANTI TERMO - PROTETTIVI PER AUTOCLAVI (D.lgs. 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388; UNI EN 407; MARCHIO CE	PROTEZIONE MANI E AVAMBRACCI, A 5 DITA ESTREMA RESISTENZA AL CALORE COMFORT OTTIMALE PER GLI OPERATORI, IMMEDIATA INDIVIDUAZIONE GRAZIE AL PARTICOLARE COLORE BUONA TATTILITÀ
6	GUANTI ANTITAGLIO (D.lgs. 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388-1; UNI-EN 374/1-2 MARCHIO CE	I PROTEZIONE AL TAGLIO E ALLE PERFORAZIONI LIVELLI PRESTAZIONALE: - PENETRAZIONE 2 O SUPERIORE; - PERMEAZIONE 2 O SUPERIORE; - RESISTENZA AL TAGLIO: MINIMO 2 O SUPERIORE; - RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE: MINIMO 2 O SUPERIORE). TRASPIRANTE E LEGGERO OTTIMA VESTIBILITÀ BUONA RESISTENZA ALLE ABRASIONI, OTTIMA DESTREZZA E SENSIBILITÀ LAVABILE E STERILIZZABILE; DOTATI DI POLSINO ELASTICO RINFORZATO DISPONIBILITÀ DI MISURA/TAGLIA XS, S, M, L, XL, IDENTIFICATE TRAMITE CODICE COLORE POSTO SUL POLSINO, PER UNA CORRETTA ED IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE. LATEX FREE
7	CONTENITORE PORTA AGHI MAGNETICO MARCHIO CE	REALIZZATI CON MATERIALI RESISTENTI ALLA PUNTURA E ALLE PERDITE DI LIQUIDO SUI LATI DISPOSITIVO STERILE OGNI CONTENITORE DOVRÀ AVERE UNA PROPRIA CONFEZIONE; SUPERFICIE INTERNA DEL CONTENITORE MAGNETICA E NUMERATA, CON NUMERAZIONE DI FACILE LETTURA; L'APERTURA DEVE ESSERE IDENTIFICABILE, SICURA E FACILMENTE ACCESSIBILE; IL CONTENITORE DEVE ESSERE CONFORMATO PREFERIBILMENTE IN MODO TALE DA IMPEDIRE LA FUORIUSCITA DEL CONTENUTO DURANTE L'USO, DURANTE LE OPERAZIONI DI CHIUSURA E SIGILLATURA, DURANTE IL TRASPORTO ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO E IN CASO DI ROVESCIAMENTO ACCIDENTALE; CHIUSURA DI SICUREZZA RESISTENTE AD APERTURE ACCIDENTALI, CON POSSIBILITÀ DI RIAPERTURA PER EVENTUALE ULTERIORE CONTA; SISTEMA DI ESTRAZIONE DELLA LAMA DEL BISTURI DALL'IMPUGNATURA DELLO STESSO; CAPACITÀ NON INFERIORE A 20 CONTE;
8	SISTEMA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE MARCHIO CE	SISTEMA DI TRASFERIMENTO NO-LIFT PER PROCEDURE DI TRASFERIMENTO LATERALE DEL PAZIENTE LETTO/LETTO E LETTO/BARELLA/TAVOLO. COSTITUITO DA UN MATERASSINO SEMIRIGIDO IN MATERIALE SCHIUMOSO LEGGERO, INDEFORMABILE, RIVESTITO IN NYLON TEFLONIZZATO E DA UN TELO TUBOLARE ROTANTE, ANTISTRAPPO, IGNIFUGO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO. RADIOTRASPARENTE E AMAGNETICO FACILMENTE LAVABILE E STERILIZZABILE DIMENSIONI: 170 X 50 CM; PIEGHEVOLE; PORTATA MASSIMA 150 KG; PESO: <3KG; SI RICHIEDE UNA GARANZIA DI ALMENO 2 ANNI.

Si riporta di seguito la valutazione effettuata sulla base della documentazione tecnica allegata alle offerte presentate dagli Operatori Economici (O.E.) concorrenti suddivisa per i corrispondenti lotti.

LOTTO 1: Camici chirurgici (DPI III Categoria)

In due casi nelle schede tecniche non vi è riportata alcuna indicazione riguardo la **sterilità** del prodotto, caratteristica richiesta dal Capitolato, per tale motivo i prodotti offerti dagli O.E.:

- MABE
- PARAMOS

NON SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.

A valle della valutazione delle schede tecniche, i prodotti offerti dai restanti O.E.:

- BERICAH
- BENEFIS
- MEDLINE

SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.

LOTTO 2: Cuffie copricapo monouso con lacci

A valle della valutazione delle schede tecniche, i prodotti offerti dagli O.E.:

- BERICAH
- BENEFIS
- PARAMOS

SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.

LOTTO 3: Cuffie copricapo monouso

A valle della valutazione delle schede tecniche, i prodotti offerti dagli O.E.:

- BERICAH
- BENEFIS
- PARAMOS

SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.

LOTTO 4: Camici monouso non sterili

A valle della valutazione delle schede tecniche, i prodotti offerti dagli O.E.:

- DAMBO
- BENEFIS
- PARAMOS
- VS MEDICALSUD

SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.



LOTTO 5: Guanti termo - protettivi per autoclavi

NESSUNA OFFERTA PRESENTATA

LOTTO 6: Guanti antitaglio

NESSUNA OFFERTA PRESENTATA

LOTTO 7: Contenitore porta aghi magnetico

NESSUNA OFFERTA PRESENTATA

LOTTO 8: Sistema per trasferimento paziente (prevista campionatura)

In un solo caso la scheda tecnica non riporta alcuna indicazione della **amagneticità** del prodotto, caratteristica richiesta dal capitolato. Per tale motivo il prodotto presentato dall'O.E. BIOMATRIX **NON RISULTA CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.**

A valle della valutazione delle schede tecniche e della presa visione della campionatura presentata, i prodotti offerti dai restanti O.E.:

- ALEA DI DADONE
- FASE
- LABOINDUSTRIA

SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO.

Napoli, 13/05/2025

Firma

