

AVVISO DI CHIARIMENTI

Oggetto: Procedura di gara aperta distinta in n. 2 (due) lotti per la fornitura con posa in opera di n. 2 ambulanze comprensive di accessori e dispositivi per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon – CIG lotto 1 B35DCB812F; CIG lotto 2 B35DCB9202 – Scadenza presentazione offerte alle ore 12:00 del giorno 25.11.2024

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si ripotano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

QUESITO n. 1:

"1) Vetrature:

Si chiede possibilità di offrire un veicolo che includa n. 1 cristallo scorrevole su porta laterale scorrevole e n. 1 cristallo fisso sulla parte posteriore destra munito di martelletto frangivetro per apertura in fase di emergenza."

➤ **Riscontro:**

Si conferma quanto previsto nelle specifiche tecniche/capitolato "due vetrate fisse sulle porte posteriori"

QUESITO n. 2

"Punto C: cabina guida

Si richiede mobiletto portaoggetti centrale fra i sedili.

Il capitolato di gara prevede che siano presenti n. 3 sedili in cabina guida. La configurazione richiesta non prevede la possibilità di posizionare un mobiletto centrale, in quanto i tre sedili occupano tutta la larghezza della cabina guida. Si chiede pertanto conferma che la richiesta sia un refuso e che quindi non vada considerato il mobile richiesto."

➤ **Riscontro:**

Trattasi di refuso, confermando la soluzione a tre posti in cabina guida.

QUESITO n. 3

"Punto D: vano sanitario

Viene richiesto: sedile contro marcia integrato nel modulo centrale dell'arredo in paratia divisoria.

Per preservare l'area trattamento paziente in conformità alle normative di riferimento la parete divisoria non include moduli di arredi. Si chiede possibilità di offrire un sedile contromarcia a seduta ribaltabile, con basamento fissato a pavimento del veicolo stesso e con schienale adiacente alla parete divisoria.

➤ **Riscontro:**

Tutte le soluzioni equivalenti sono ammesse.

QUESITO n. 4

4) Punto E: impianto ossigeno

Viene richiesta una barra di compensazione con integrate 3 prese ad innesto rapido UNI che includano valvole di intercettazione allo scopo di poter sostituire eventuali prese danneggiate senza intervenire sull'impianto.

La barra di distribuzione completa di prese UNI integrate non prevede la possibilità di inserire valvole di intercettazione per ogni singola presa. Si chiede possibilità di fornire impianto ossigeno completo degli accessori richiesti che non integri valvola di intercettazione specifica per ciascuna presa.

➤ **Riscontro:**

Preso atto che l'impianto dovrà essere conforme ai requisiti di legge in materia, si conferma la possibilità di proporre soluzioni tecniche che saranno dichiarate equivalenti dall'operatore economico, valutate poi dalla commissione di gara.

QUESITO n. 5

➤ 5) Garanzia

Si chiede conferma che il servizio di garanzia è pari a 12 mesi dal collaudo

➤ **Riscontro:**

Si conferma.

QUESITO n. 6

➤ 6) Servizio full risk: capitolato speciale articolo 8

Si chiede conferma che il servizio full risk comprensiva di interventi illimitati di correttivi richiesto è **ESCLUSIVAMENTE** da prevedere per gli elettromedicali inclusi nella fornitura

➤ **Riscontro:**

Si conferma che l'articolo 8 è riferito alle condizioni di fornitura sulle apparecchiature elettromedicali.

QUESITO n. 7

➤ E' possibile offrire un veicolo con una cilindrata inferiore a quanto richiesto (2.000 cc) che però abbia delle caratteristiche migliorative a livello di prestazioni e potenza in KW?

➤ **Riscontro:**

Tutte le soluzioni equivalenti sono ammesse.

QUESITO n. 8

➤ E' possibile offrire un veicolo con due posti in cabina guida anziché 3 posti come indicato?

➤ **Riscontro:**

Si conferma la soluzione a tre posti in cabina guida

QUESITO n. 9

➤ E' possibile offrire un allestimento in materiale diverso comunque certificato e con caratteristiche migliorative tipo poliuretano?

➤ **Riscontro:**

Tutte le soluzioni equivalente sono ammesse.

QUESITO n.10

➤ E' possibile offrire un sistema di sanificazione che non funzioni a Ozono ma che sia lo stesso incassato, certificato ed utilizzabile anche con veicolo

➤ **Riscontro:**

Tutte le soluzioni equivalente sono ammesse.

Il RUP

Riccardo Savastano

Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

D.ssa Erica Ferri

