



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI POPPATOI,
TETTARELLE STERILI, NON STERILI E CESTELLI PORTA-BIBERON.**

Si richiede quanto segue per fabbisogno biennale:

LOTTO 1. MATERIALE STERILE IMPORTO A BASE DI GARA 68.000,00

MATERIALE STERILE

A) N. 120.000 poppatoi sterili, con capacità da 250 ml, con le caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- **Materiale latex free**
- **materiale rigido, chiaro, trasparente o, comunque, tale da rendere visibile il contenuto, rispondente alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti, in particolare a quella relativa all’assenza di rilascio di Bisfenolo A e Ftalati nei biberon, di cui al Decreto Ministero Salute 16/02/2011, di recepimento della Direttiva 2011/8/UE, marchio CE sterilizzati ad ossido di etilene.**
- **scala graduata serigrafata e ben leggibile, a partire da 10 ml, con intervallo di 10 ml**
- **tappo con chiusura a vite, a bloccaggio rapido, inserito nella confezione sterile a parte (il tappo deve essere inserito nella confezione non avvitato)**
- **la struttura e il materiale di cui sono costituiti devono consentire l’uso in tutte le fasi del ciclo di preparazione dei pasti per neonati (preparazione, pastorizzazione, conservazione in frigo, congelamento, distribuzione e consumo)**
- **indicazione della data di scadenza della sterilizzazione**
- **presenza del simbolo “materiale plastico riciclabile” e del simbolo “per alimenti”**
- **I biberon, debbono essere consegnati in buste di plastica (con carta medica + blister rispondente alla normativa vigente) ognuna contenenti 5 pezzi (80% della fornitura). La restante fornitura deve prevedere la consegna in confezione singola; questi ultimi biberon verranno inseriti in buste contenenti 20 pezzi.**
- **AORN SANTOBONO-PAUSILIPON**



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

- **Campo di temperatura di utilizzo (deve riportare il range di temperatura come indicato da scheda tecnica)**
- **Sull'etichetta deve essere riportata la dicitura " il contenuto va mantenuto ad una temperatura tra 4 e 8 gradi e consumato entro le 24 ore dalla data di preparazione"**

B) N. 10.000 poppatoi sterili, con capacità da 100 ml, con le caratteristiche di seguito indicate:

- **materiale LATEX FREE**
- **materiale rigido, chiaro, trasparente o, comunque, tale da rendere visibile il contenuto, rispondente alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti, in particolare quella relativa all'assenza di rilascio di Bisfenolo A e Ftalati nei biberon, di cui al Decreto Ministeriale 16/02/2011, di recepimento della Direttiva 2011/8/UE, marchio CE sterilizzati ad ossido di etilene.**
- **scala graduata serigrafata chiara, precisa e ben leggibile, a partire da 10 ml, con intervallo di 5 ml tale da consentire la preparazione di piccole dosi, secondo il fabbisogno dei neonati prematuri.**
- **tappo di chiusura a vite, a bloccaggio rapido, inserito nella confezione sterile a parte (il tappo deve essere inserito nella confezione non avvitato)**
- **la struttura e il materiale di cui sono costituiti devono consentire l'uso in tutte le fasi del ciclo di preparazione dei pasti per neonati (preparazione, pastorizzazione, conservazione in frigo e congelamento, distribuzione e consumo)**
- **indicazione della data di scadenza della sterilizzazione**

Ogni Biberon deve essere etichettato con le seguenti note:

- **AORN SANTOBONO-PAUSILIPON e Logo aziendale**
- **Campo di temperatura di utilizzo (deve riportare il range di temperatura come indicato da scheda tecnica)**
- **Sull'etichetta deve essere riportata la dicitura " il contenuto va mantenuto ad una temperatura tra 4 e 8 gradi e consumato entro le 24-ore dalla data di preparazione"**
- **I biberon debbono essere confezionati singolarmente e sulla confezione debbono essere riportate tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente, (dicitura sterile, monouso, nome del produttore, tipo di sterilizzazione, data di scadenza, numero del lotto ect. ect.)**

I 10.000 biberon sterili devono essere suddivisi come di seguito indicato:

- **in confezione singola.** Tali biberon, ognuno in confezione singola sterile, I biberon, debbono essere consegnati in buste di plastica (con carta medica + blister rispondente alla normativa vigente) ognuna contenenti 5 pezzi (80% della fornitura) con tappi a parte inseriti non avvitati nella confezione, che deve indicare, all'esterno, la data di scadenza della sterilizzazione

La restante fornitura deve prevedere la consegna in confezione singola; questi ultimi biberon verranno inseriti in buste contenenti 10 pezzi.

C) N. 7.500 tettarelle sterili monouso, latex free, con testa a ciliegia, dotate di tre fori, con sistema rigido di protezione, tipo capsula asportabile e riposizionabile, che garantisca la massima sicurezza igienica. Debbono essere fornite:

- **in confezione singola, con indicazione all'esterno della data di scadenza della sterilizzazione**
- **adattabili ai poppatoi di cui sopra, dotate di ghiera per consentire l'avvitamento al poppatoio e la perfetta tenuta**
- **inserite, confezionate singolarmente, in confezione multipla da 25 pezzi**
- **rispondenti alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti ed, in particolare, all'assenza di rilascio delle Nitrosamine, marchio CE sterilizzati ad ossido di etilene.**

D) N. 40.000 tettarelle formato piccolo, sterili, monouso, latex free, con testa a ciliegia, dotate di un foro, con sistema rigido di protezione (tipo capsula asportabile e riposizionabile), che garantisca la massima sicurezza igienica. Debbono essere fornite:

- **in confezione singola, con indicazione all'esterno della data di scadenza della sterilizzazione**
- **adattabili a poppatoi di cui sopra, posizionate sotto la ghiera, per consentire l'avvitamento al poppatoio e la perfetta tenuta**
- **inserite confezionate singolarmente, in confezione multipla da massimo 25 pezzi.**
- **rispondenti alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti e, in particolare, al rilascio delle Nitrosamine, marchio CE sterilizzati ad ossido di etilene.**

E) N. 40.000 tettarelle formato standard, dotate di un foro, con flusso leggero, per neonati con scarsa capacità di suzione e deglutizione, sterili, monouso, latex free, con sistema rigido di protezione (tipo capsula asportabile e riposizionabile), che garantisca la massima sicurezza igienica. Debbono essere fornite:

- **in confezione singola, con indicazione all'esterno della data di scadenza della sterilizzazione**
- **adattabili a poppatoi sterili da 100 ml di cui sopra, posizionate sotto la ghiera, per consentire l'avvitamento al poppatoio e la perfetta tenuta**
- **inserite confezionate singolarmente, in confezione multipla da 25 pezzi**
- **rispondenti alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti e, in particolare, all'assenza di rilascio delle Nitrosamine.**

F) N. 40.000 tettarelle di dimensioni inferiori a quelle standard (formato piccolo), con flusso ridotto e dimensione ridotta, adatte per alimentazione post-sondino e per i neonati prematuri,



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

dotate di un foro, sterili, monouso, LATEX FREE, con sistema rigido di protezione (tipo capsula asportabile e riposizionabile), che garantisca la massima sicurezza igienica. Debbono essere fornite:

- **in confezione singola, con indicazione all'esterno della data di scadenza della sterilizzazione**
- **adattabili a poppatoi sterili da 100 ml di cui sopra, posizionate sotto la ghiera, per consentire l'avvitamento al poppatoio e la perfetta tenuta**
- **inserite confezionate singolarmente, in confezione multipla da 25 pezzi**
- **rispondenti alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti e, in particolare, all'assenza di rilascio delle Nitrosamine.**



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

LOTTO 2. MATERIALE NON STERILE. IMPORTO A BASE DI GARA 110.000,00 EURO

MATERIALE NON STERILE

A) N. 400.000 poppatoi non sterili, con capacità 250 ml, con le caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- **Materiale latex free**
- **materiale rigido, chiaro, trasparente o, comunque, tale da rendere visibile il contenuto, rispondente alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti, in particolare a quella relativa all’assenza di rilascio di Bisfenolo A e Ftalati nei biberon, di cui al Decreto Ministero Salute 16/02/2011, di recepimento della Direttiva 2011/8/UE.**
- **scala graduata serigrafata e ben leggibile, a partire da 10 ml, con intervallo di 10 ml**
- **tappo con chiusura a vite, a bloccaggio rapido, inserito nella confezione a parte (il tappo deve essere inserito nella confezione non avvitato)**
- **la struttura e il materiale di cui sono costituiti devono consentirne l’uso in tutte le fasi del ciclo di preparazione dei pasti per neonati (preparazione, pastorizzazione, conservazione in frigo, congelamento, distribuzione e consumo)**
- **il range di utilizzo termico deve essere impresso, in modo indelebile, su ogni flacone**
- **I biberon debbono essere consegnati in confezioni di plastica con numero di pezzi 25 (80% della fornitura) e numero 5 pezzi (20% della fornitura).**

Ogni Biberon deve essere etichettato con le seguenti note:

- **AORN SANTOBONO-PAUSILIPON e logo aziendale**
- **Campo di temperatura di utilizzo (deve riportare il range di temperatura come indicato da scheda tecnica)**
- **Su ogni singola confezione deve essere riportata la data di confezionamento**



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

- Sull’etichetta deve essere riportata la dicitura “ il contenuto va mantenuto ad una temperatura tra 4 e 8 gradi e consumato entro le 24 ore dalla data di preparazione”

B) 7.500 tettarelle monouso, non sterili, latex free, con testa a ciliegia, dotate di tre fori, con sistema rigido di protezione, tipo capsula asportabile e riposizionabile, che garantisca la massima sicurezza igienica. Debbono essere fornite:

- in confezione singola, pronte all’uso, con indicazione all’esterno della data di confezionamento
- adattabili ai poppatoi di cui sopra, posizionate sotto la ghiera per consentire l’avvitamento al poppatoio e la perfetta tenuta
- confezionate singolarmente ed inserite in busta da 25 pezzi
- rispondenti alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti ed, in particolare, all’assenza di rilascio delle Nitrosamine.
- Il confezionamento deve avvenire in ambiente igienicamente controllato.

C) 120.000 tettarelle formato piccolo, non sterili, monouso, latex free, con testa a ciliegia, dotate di un foro, con sistema rigido di protezione (tipo capsula asportabile e riposizionabile), che garantisca la massima sicurezza igienica. Debbono essere fornite:

- in confezione singola, pronte all’uso, con indicazione, all’esterno, della data di confezionamento
- adattabili a poppatoi di cui sopra, posizionate sotto la ghiera, per consentire l’avvitamento al poppatoio e la perfetta tenuta
- confezionate singolarmente ed inserite in busta da 25 pezzi
- rispondenti alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti e, in particolare, al rilascio delle Nitrosamine
- Il confezionamento deve avvenire in ambiente igienicamente controllato.

La ditta aggiudicataria deve fornire i cestelli porta biberon idonei ad accogliere sia il formato da 250 ml che il formato da 100 ml. I porta biberon debbono risultare compatibili con i comuni apparecchi scalda-biberon atti a trattare termicamente almeno 8 biberon con procedimento a “bagno maria”. I cestelli pertanto, muniti di alloggiamento a griglia, debbono poter contenere i biberon in modo tale da evitarne il galleggiamento degli stessi quando inseriti nello scalda-biberon. I cestelli debbono essere di materiale metallico termoresistente (certificato), muniti di copertura e gancio di chiusura (per impedire il ribaltamento dei biberon). Gli stessi debbono essere dotati di dispositivo atto al trasporto in sicurezza (tale da evitare lo scivolamento/ribaltamento di cestelli sovrapposti durante il loro trasporto).

Si richiede quindi la fornitura di n. 50 cestelli porta biberon da 250 ml contenenti 12 scomparti e n. 15 cestelli porta biberon da 100 ml contenenti 16 scomparti.



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

TUTTI I PRODOTTI DEVONO ESSERE LATEX FREE, CONFEZIONATI IN IMBALLAGGI ESTERNI CHE GARANTISCANO UN’EFFICACE BARRIERA CONTRO L’UMIDITA’, LA POLVERE E IL DETERIORAMENTO E CONSONI AL TRASPORTO E ALL’IMMAGAZZINAMENTO PER SOVRAPPOSIZIONE.

Criteria per l’attribuzione del punteggio di qualità

Maneggevolezza e praticità d’uso, funzionalità in relazione alla destinazione d’uso	20
Caratteristiche del materiale di produzione	20
Confezionamento singolo e facilità d’apertura, etichettatura	15
Documentazione tecnica e lavori scientifici	10
Servizio post-vendita	5
totale	70