

Prot. nr. 0012779
del 09/06/2025

alle 14:59

Fornitura triennale di Videolaringoscopi monouso sterili per intubazioni difficili per neonati per le esigenze della UOC di Neonatologia e TIN - P.O. Santobono

MEDICOM SRL

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	
	Giudizio Commissario 1	
		20,00
Ergonomia e maneggevolezza • Impugnatura - forma, diametro e rivestimento antiscivolo dovranno garantire una presa salda con guanti sterili, senza affaticare la mano nelle intubazioni ripetute. • Peso e bilanciamento - il baricentro del sistema (display + lama) non deve causare rotazioni indesiderate; saranno apprezzate soluzioni che distribuiscano il peso in modo neutro, riducendo tremori e vibrazioni durante la laringoscopia. • Dimensioni complessive - ingombro di lama e manico dovrà consentire manovre delicate nel cavo orale di neonati a termine e prematuri; verrà considerata favorevolmente la compattezza del display e la facilità di impiego in incubatrice.	Punti qualità attribuiti Commissario 1	
	20,00	
	1,00	
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	
	Giudizio Commissario 1	
		20,00
	1,00	

File

Nitidezza in area glottica - la telecamera deve rendere dettagli nitidi delle corde vocali e dell'epiglottide senza granularità né distorsioni, assicurando MTF elevato anche con mucose bagnate. Assenza di riflessi e di bagliori - l'illuminazione LED deve essere diffusa e priva di spot abbaglianti; eventuali trattamenti anti-riflesso dell'ottica saranno valutati positivamente. Ampiezza del campo visivo (FOV) - un angolo $\geq 60^\circ$ consente di mantenere simultaneamente in quadro epiglottide, glottide e punta del tubo, riducendo i movimenti di compenso. Attivazione rapida - il sistema deve fornire immagine utile in pochi secondi dall'accensione, rilevante in situazioni di emergenza ipossica. Dimensioni e risoluzione del display - schermi $\geq 2,8"$, idealmente touch, con risoluzione almeno 480×320 px; valori superiori migliorano la percezione dei dettagli e la condivisione con l'équipe.

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

20,00

CRITERIO 3

Gamma di lame disponibili - devono coprire misure corrette per qualsiasi neonato anche con peso < 1 kg. Angolazione e profilo della lama - dovranno garantire la visualizzazione della glottide con il minimo sollevamento dell'epiglottide, riducendo l'ipossia da tentativi prolungati, anche in presenza di vie aeree anteriorizzate. Spessore/ingombro distale - la punta deve avere spessore tale da evitare compressioni nel cavo orale ristretto dei prematuri; sarà apprezzata una sezione sottile e arrotondata per ridurre i traumi. Facilità di passaggio del tubo ET - il design deve offrire spazio adeguato tra lama e parete faringea per guidare agevolmente tubi ET senza necessità di pinze o manovre di rotazione. Stabilità dell'immagine durante il posizionamento - assenza di vignettatura o occlusioni ottiche quando il tubo attraversa il campo visivo, così da monitorare costantemente l'ingresso in trachea.

Punti massimi attribuibili
Giudizio Commissario 1

30,00

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

30,00

CRITERIO 4

Durata batteria e tempo di ricarica

Punti massimi attribuibili
Giudizio Commissario 1

10,00

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

10,00

Fornitura triennale di Videolaringoscopi monouso sterili per intubazioni difficili per neonati per le esigenze della UOC di Neonatologia e TIN - P.O. Santobono

TABELLA PUNTI ATTRIBUTI	
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00
Punteggio massimo attribuito	80,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	MEDICOM SRL
Punti qualità riparametrizzati	80,00

A. G. G.

Fornitura triennale di Videolaringoscopi monouso sterili per intubazioni difficili per neonati per le esigenze della UOC di Neonatologia e TIN - P.O. Santobono

7

80% qualità - 20% prezzo

DESERTO

[illegible]

NOTE

7
π
7

[illegible]