

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SALE OPERATORIE PREFABBRICATE CORREDATE DI TUTTI I LOCALI, IMPIANTI E LE ATTREZZATURE NECESSARIE DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELLA OEPV SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO- LOTTO UNICO COMPOSTO DA: COMPONENTE A) FINANZIATA CON POR CAMPANIA FESR 2014-2020-ASSE 1- OBIETTIVO SPECIFICO 1.6- AZIONE 1.6.1; COMPONENTE B) FINANZIATA CON RISORSE PROPRIE DELL'AORN – CUP: H61B21004710006 – CIG: 961953101C

L'anno duemila ventitré, il giorno tre del mese di Marzo alle ore 11:30, si è riunita, in seduta riservata, nei locali dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" in Napoli, alla via della Teresa Ravaschieri n. 8, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione di gara così composta:

1. Presidente: ing. Gennaro Sirico, Direttore dell'UOC Tecnico Patrimoniale e ICT Componente;
2. ing. Davide Minieri, Collaboratore Tecnico dell'UOC Tecnico Patrimoniale e ICT Componente;
3. ing. Ornella De Cristofaro, Collaboratore Tecnico U.O.S.I.D. Bioingegneria.

(assume le funzioni di Segretario verbalizzante l'ing. Ornella De Cristofaro)

L'Ing. Gennaro Sirico, assume la presidenza della seduta e la dichiara ufficialmente aperta, disponendo l'avvio delle procedure finalizzate alla prosecuzione dei lavori per la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

La Commissione prende atto delle disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, così come individuati nella tabella di cui al punto 18 del Disciplinare e procede, per ciascuna offerta tecnica pervenuta, con l'analisi dei seguenti criteri di valutazione:

- CRITERIO A- Struttura organizzativa, mezzi e risorse.
- CRITERIO B - Qualità delle soluzioni tecniche adottate in termini di:
 - strutture e sistemi prefabbricati;
 - impianto elettrico;
 - impianto di condizionamento;
 - impianto di illuminazione;
 - gas medicali.
- CRITERIO C- Qualità delle apparecchiature elettromedicali fornite:
 - Pensili di chirurgia e anestesia e testaletto;
 - Lampade scialitiche;
 - Sistema di videointegrazione.





Ogni Commissario, in forma autonoma, ha proceduto con le proprie valutazioni, in relazione ai suddetti criteri di valutazione applicando il metodo illustrato al paragrafo 18.2 del disciplinare (“ $V(a)_i = \text{coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno}$ ”), conferendo ai coefficienti di seguito riportati i relativi giudizi:

Giudizio espresso	Coeff.
Ottimo	1,00
Più che adeguato	0,80
Adeguato	0,60
Parzialmente adeguato	0,40
Scarsamente adeguato	0,20
Non adeguato	0,00

i cui esiti sono stati tra loro condivisi al termine dell'esame e riportati nell'apposita griglia di valutazione (allegato 1).

Alle ore 16:30 la Commissione di gara conclude i lavori, e pertanto il Presidente scioglie la seduta riservata e fissa la successiva per il giorno 06/03/2023 ore 9.00 al fine di dar seguito all'analisi degli ulteriori elementi di cui alla griglia di valutazione (punto 18 del Disciplinare).

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

1. Ing. Gennaro Sirico .....Presidente;
2. Ing. Davide Minieri .....Componente;
3. Ing. Ornella De Cristofaro .....Componente;

ALLEGATO 1

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	SUB-CRITERI	SUB-PUNTI	DESCRIZIONE
CRITERIO A Struttura organizzativa, mezzi e risorse.	15		15	Relazione sulla struttura organizzativa, dei mezzi e delle risorse a disposizione
CRITERIO B Qualità delle soluzioni tecniche adottate in termini di: - strutture e sistemi prefabbricati; - impianto elettrico; - impianto di condizionamento; - impianto di illuminazione. - gas medicali	45	SUB-CRITERIO B1 Strutture e sistemi prefabbricati	15	
		SUB-CRITERIO B2 Impianto elettrico	10	Relazione giustificativa sulla qualità delle soluzioni tecniche proposte in merito alla realizzazione di strutture e sistemi prefabbricati, impianti elettrico, di condizionamento, di illuminazione e gas medicali, ponendo l'attenzione anche sugli aspetti della sicurezza e del risparmio energetico.
		SUB-CRITERIO B3 Impianto di condizionamento	10	
		SUB-CRITERIO B4 Impianto di illuminazione	5	
		SUB-CRITERIO B5 Impianto gas medicali	5	
CRITERIO C Qualità delle apparecchiature elettromedicali fornite: - Pensili di chirurgia e anestesia e testaletto - Lampade scialitiche - Sistema di video-integrazione	14	SUB-CRITERIO C1 Pensili di anestesia, chirurgia e testaletto	4	Relazione giustificativa sulla qualità e performance del prodotto, presentando anche le relative certificazioni e specifiche tecniche.
		SUB-CRITERIO C2 Lampade scialitiche	4	
		SUB-CRITERIO C3 Sistema di video integrazione	6	
CRITERIO D Metodi e strumenti usati per la progettazione	2		2	Indicazione dei metodi e degli strumenti elettronici utilizzati per la Progettazione Esecutiva.
CRITERIO E Migliorie	4		4	Indicazione di eventuali migliorie introdotte nella fornitura coerenti con la stessa
Totale	80		80	

Presidente	Componente 1	Componente 2	TOTALE
0,60	0,80	0,80	11,00
0,80	0,80	0,80	12,00
0,80	0,80	0,60	7,33
0,80	0,60	0,80	7,33
0,60	0,80	0,60	3,33
0,60	0,60	0,80	3,33
1,00	1,00	1,00	4,00
1,00	1,00	1,00	4,00
1,00	1,00	1,00	6,00
			58,33

Giudizio espresso	Coef.
Ottimo	1,00
Più che adeguato	0,80
Adeguato	0,60
Parzialmente adeguato	0,40
Scarsamente adeguato	0,20
Non adeguato	0,00

Soglia di sbarramento = 48

Carlo Scudato
Forcellus
Giulio De C. F.

