

VERBALE GARA MATERIALE SANITARIO VARIO

In data 10/12/2024, con delibera 771 del 10.12.2024 successivamente rettificata per errore materiale con delibera n. 25 del 20.1.2025, è stata nominata la Commissione di Gara composta dalla Dottoressa Angela Colomba Bonagura (Presidente), dalla Dr.ssa Angela Capuano (Componente) e dal Dr. Michele Sagliano (componente).

La Commissione ha svolto i lavori nelle seguenti date:

10/12/2024, 11/12/2024, 16/12/2024, 07/01/2025, 08/01/2025, 10/01/2025, 22/01/2025, 27/01/2025, 29/01/2025; 04/02/2025, 05/02/2025; 11/02/2025; 12/02/2025; 14/02/2025; 19/02/2025, 25/02/2025; 26/02/2025, 28/02/2025; 05/03/2025; 11/03/2025.

Durante i primi incontri la commissione tecnica ha valutato le offerte delle ditte raffrontandole al c.s.a. successivamente, si è provveduto all'esame della campionatura per l'attribuzione dei punteggi di qualità:

Analisi dei lotti

Lotto 1 partecipano n. 4 ditte. La ditta Tau Medica risulta idonea e conforme.

Le ditte Cavallaro, Fase e Kaltek hanno ricevuto un punteggio insufficiente per il secondo criterio, in quanto alla prova pratica i dispositivi offerti per la Commissione appaiono poco maneggevoli ed inefficaci.

Inoltre, le ditte Cavallaro e Kaltek presentano scarsa documentazione tecnica, assenza di pubblicazioni scientifiche e non viene fornita alcuna assistenza e formazione, pertanto anche per il terzo criterio è stato attribuito un punteggio insufficiente.

Lotto 2 partecipano n. 4 ditte.

La ditta Tau Medica, Fase e Kaltek risultano idonee e conformi.

La ditta Cavallaro ha ricevuto un punteggio insufficiente per il secondo ed il terzo criterio in quanto alla prova pratica il dispositivo offerto appare poco maneggevole ed inefficace. Inoltre presenta scarsa documentazione tecnica, assenza di pubblicazioni scientifiche e non viene fornita alcuna assistenza e formazione.

Lotto 3 partecipano n. 3 ditte. Le ditte Ambu e Fiab risultano idonee e conformi al capitolato.

La ditta Ceracarta risulta insufficiente per il primo e secondo criterio, in quanto la qualità del gel nell'applicazione e riapplicazione appare scarsa, si rileva scarsa aderenza sulla cute ed inoltre il cavo è lungo 60cm anziché 50cm



Lotto 4 partecipano n. 4 ditte. Le ditte Ambu, Fiab e Ceracarta risultano idonee e conformi al capitolato.

Alla ditta Cardinal Health Italy è stato attribuito un punteggio insufficiente per qualità e maneggevolezza in quanto gli elettrodi presentano

- Cattivo odore
- Problemi di adesività (l'elettrodo si sposta, infatti anche nella confezione gli elettrodi risultano spostati sul supporto)
- Qualità del gel scarsa sia per spessore che per consistenza.

Lotto 5 partecipano n. 4 ditte. Le ditte Ambu, Fiab e Ceracarta risultano idonee e conformi al capitolato.

Alla ditta Cardinal Health Italy è stato attribuito un punteggio insufficiente per la qualità perché l'elettrodo presenta cattivo odore, scarsa consistenza e qualità del gel (tende a frantumarsi)

Lotto 6-7-8-9

L'unica ditta offerente per tutti i 4 lotti è la Gavimedica Srl, che presenta fonendoscopi che non risultano qualitativamente comparabili (auscultazione scarsa ed inefficace) ai fonendoscopi tipo Littman richiesti in capitolato, pertanto, è stato attribuito un punteggio insufficiente per la qualità e maneggevolezza.

Lotto 10 partecipa solo la ditta IDS che risulta idonea e conforme al capitolato.

Lotto 11 partecipano n. 3 ditte. La ditta Cavallaro presenta un dispositivo idoneo e conforme al capitolato.

Le ditte Aiesi e IDS risultano insufficienti per la qualità e maneggevolezza in quanto:

- la Aiesi presenta sfigmomanometro con scala graduata che non riporta lo 0 per la verifica della taratura, lo sfiatamento della valvola risulta rumoroso ed il bracciale non ha anello in metallo
- la IDS presenta sfigmomanometro con valvola di regolazione che sfiata velocemente e bracciale senza anello in metallo

Lotto 12 partecipano n. 3 ditte. Le ditte Effebi Hospital e Svas Biosana sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Qure risulta insufficiente per maneggevolezza e facilità d'uso in quanto:

- non presenta clump
- non consente infusione di farmaci



- deve essere sostituito dopo max 5 giorni (gli altri 2 fino a 29 giorni)
- non ha valvola antireflusso e sistema di chiusura per protezione operatore e per ridurre le infezioni
- non ha porta campionamento feci
- non ha etichette.

Inoltre, la ditta Qure non presenta studi/pubblicazioni scientifiche ed assistenza per cui è stato assegnato un punteggio appena sufficiente per il terzo criterio.

Lotto 13 partecipano n. 4 ditte, Benefis, Bericah, Farmac-Zabban e Tau Medica, tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 14 deserto

Lotto 15 partecipano n. 6 ditte, Aiesi Hospital Service, Cavallaro, Gavimedica, Kaltek, IDS, Medisan, tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 16 partecipano n. 6 ditte, Aiesi Hospital Service, Cavallaro, Gavimedica, Kaltek, IDS, Medisan, tutte idonee e conformi al capitolato, tranne la ditta Kaltek, in quanto il diametro della base del campione presentato è troppo grande, in particolare, il codice prodotto del campione è 4844, corrispondente in scheda tecnica al codice produttore 24701 40B, che appunto presenta un diametro della base dello speculo di 25 mm, troppo ampio e non compatibile con i nostri otoscopi.

Lotto 17 partecipano n. 7 ditte Aiesi Hospital Service, Artsanity, Coremec, Fase, Lamonea, LP Pharm e Movi. Risultano idonee e conformi al capitolato solo Artsanity, Fase, Lamonea e LP Pharm.

Aiesi risulta non conforme al capitolato in quanto non è specificato che non contiene ftalati.

Mentre a Coremec e Movi è stato assegnato un punteggio insufficiente per qualità e maneggevolezza, in quanto:

- Per Coremec sulla scheda è riportato che il DM è utilizzabile solo su pazienti vestiti;
- Per Movi, come riportato sulla scheda tecnica, le fasce sono destinate solo a pazienti durante interventi chirurgici, ma non per l'immobilizzazione del paziente, infatti mancano i doppi lacci in poliestere per il fissaggio al letto.





*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*

*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

Lotto 18 partecipano n. 2 ditte, Smith & Nephew e Lohmann & Rauscher, entrambe idonee e conformi al capitolato.

Lotto 19 partecipa solo la ditta Svas Biosana che risulta idonea e conforme al capitolato.

Lotto 20 Deserto

Lotto 21 partecipano n. 3 ditte Aiesi Hospital Service, Benefis e Ceracarta, tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 22 partecipano n. 4 ditte Aiesi Hospital Service, Benefis, Ceracarta e Svas Biosana, tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 23 partecipano n. 2 ditte Lediso Italia e Natus Medical, entrambe idonee e conformi al capitolato.

Lotto 24 partecipano n. 3 ditte Effebi hospital, Seda, Svas Biosana tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 25 partecipa n. 1 ditta ARS Chirurgica idonea e conforme al capitolato.

Lotto 26 partecipa n. 1 ditta ARS Chirurgica idonea e conforme al capitolato.

Lotto 27 Deserto

Lotto 28 Deserto

Lotto 29 Deserto

Lotto 30 Deserto

Lotto 31 Deserto

Lotto 32 Deserto

de

mfh

ACB

Lotto 33 partecipa n. 1 ditta AMG Medical che presenta dispositivo idoneo e conforme al capitolato, tuttavia, il tipo di prodotto risulta non più in uso in ospedale per cambio sistema di alti flussi avvenuto con la nuova aggiudicazione.

Lotto 34 partecipano n. 7 ditte.

Le ditte Benefis, Med Trade, FIAB, IDS, Medline International Italy sono idonee e conformi al capitolato.

Le ditte Aiesi e Farmac-Zabban non specificano che non contengono ftalati per cui non mantengono un profilo di sicurezza adeguato e hanno avuto un punteggio insufficiente al criterio della qualità seppure non richiesto nel capitolato l'assenza di ftalati.

Lotto 35 partecipano n. 3 ditte.

La ditta Benefis è idonea e conforme al capitolato.

La ditta MPM Italia ha avuto un punteggio insufficiente al criterio della qualità per la presenza delle seguenti caratteristiche:

- Maschera senza laccetti che per la tenuta al viso dei bambini, soprattutto piccoli, è fondamentale
- Maschera senza stringinaso
- Maschera solo pediatrica NO ADULTI che invece serve per bambini più grandi.

La ditta Airliquid medical system ha avuto un punteggio insufficiente al criterio della qualità per la presenza delle seguenti caratteristiche:

- Maschera senza stringinaso
- Maschera solo pediatrica NO ADULTI che invece serve per bambini più grandi.

Lotto 36 Le ditte MPM Italia e AIR Liquide Medical Systems sono idonee e conformi al capitolato.

Lotto 37 partecipa n. 1 ditta MPM Italia, idonea e conforme al capitolato.

Lotto 38 partecipano n. 6 ditte

Le ditte Benefis, FIAB, Farmac Zabban e A.M.G. Medical sono idonee e conformi al capitolato.

Le ditte MPM ha totalizzato un punteggio insufficiente al requisito maneggevolezza e facilità d'uso per le motivazioni specificate di seguito:

MPM Italia

- Ampolla non trasparente, non molto stabile sul piano (3 piedi sottili di appoggio)



La ditta Cavallaro ha totalizzato un punteggio insufficiente per maneggevolezza e facilità d'uso per le motivazioni specificate di seguito:

- Ampolla poco trasparente, difficoltà nel fissaggio della valvola

Lotto 39 partecipano n. 9 ditte.

Le ditte Smith & Nephew, FASE, Bio Sud Medical, Innomed, sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Medical Center non è conforme al capitolato, in quanto non risulta adesivo su tutta la superficie ma solo su un lato.

Le ditte Med Trade, Medline e Betatex e Svas Biosana non hanno raggiunto la sufficienza per le motivazioni specificate di seguito:

Med Trade

- Il confezionamento del singolo telino non è agevole per l'apertura, non c'è "Apertura facilitata Peel Open", assolutamente scomodo in sala operatoria dove occorre mantenere la sterilità del campo operatorio

Medline

- Le guide laterali del telo non sono evidenziate da colore e sono eccessivamente morbide, tendono a raggrinzire, quindi non sono adeguate all'utilizzo con i guanti, il telo non è maneggevole
- Dimensione più piccola rispetto a quanto richiesto in capitolato

Betatex

- Le guide laterali del telo non sono evidenziate da colore e sono eccessivamente morbide, tendono a raggrinzire, quindi non sono adeguate all'utilizzo con i guanti, il telo non è maneggevole

Svas Biosana

- Manca la dichiarazione di assenza ftalati che non è specificata in alcun documento

Lotto 40 partecipano n. 6 ditte.

Le ditte Lohmann & Rauscher, Svas Biosana e Betatex sono idonee e conformi al capitolato.

Le ditte AB Medica, Med Trade e Innomed non sono conformi al capitolato per le specifiche seguenti:

AB Medica

- non conforme al capitolato perché le dimensioni sono 90x90 cm a fronte delle 80x50 cm richiesti e il foro non è regolabile.

MED TRADE

- non conforme al capitolato perché il foro NON è regolabile



INNOMED

- non conforme al capitolato perché sono 2 teli 80 X 50 cm, quindi le dimensioni totali sono 160x100cm, che risultano troppo grandi per vena ombelicale di neonati prematuri e non della TIN e Patologia Neonatale

Lotto 41 partecipano n. 9 ditte.

Le ditte Benefis, Med Trade, Lohmann & Rauscher, Medline International Italy, Medical Center Production, Molnlycke Health Care, A.M.G. Medical, AIESI Hospital Service, Betatex sono idonee e conformi al capitolato.

Lotto 42 partecipano n. 4 ditte

Le ditte AB Medica e Innomed sono idonee e conformi al capitolato.

Le ditte AMG Medical e MEDICAL CENTER Production non sono conformi al capitolato, in quanto nel kit il "sistema di tessuto elastico a maglia sterile o similare" non è elastico.

Lotto 43 partecipano n. 12 ditte

Le ditte F.A.S.E, Benefis, L.P. Pharma, Lohmann & Rauscher, Medline International Italy, SVAS Biosana, Medical Center Production, TAU Medica, A.M.G. Medical, Innomed, Manzomed, Betatex non sono idonee e conformi al capitolato in quanto non rispondenti ai requisiti specificati nelle note del capitolato.

Lotto 44 partecipano n. 12 ditte

Le ditte Benefis, L.P. Pharma, Lohmann & Rauscher, Medline International Italy, SVAS Biosana, Medical Center Production, TAU Medica, A.M.G. Medical, Innomed, Lamonea, Manzomed, Betatex non sono idonee e conformi al capitolato in quanto non rispondenti ai requisiti specificati nelle note del capitolato.

Lotto 45 partecipano n. 11 ditte

Le ditte Bericah, Benefis, IDS, Farmac Zabban, SVAS Biosana, Chemil e Betatex sono idonee e conformi al capitolato

Le ditte Lohmann & Rauscher, AB Medica, Med Line International Italy e Pizzocri non sono idonee e conformi al capitolato per i motivi specificati di seguito.

PIZZOCRI

- non conforme perché ha gli elastici e non i 4 laccetti

AB MEDICA

- non conforme perché non dichiara assenza fibre di vetro



MED LINE INTERNATIONAL ITALY e LOHMANN & RAUSCHER

- non conformi perché le mascherine sono di tipo II e non IIR

Lotto 46 partecipano n. 6 ditte

La ditta Betatex è idonea e conforme al capitolato.

Le ditte BENEFIS, FASE, MED TRADE, MOLNLYCKE HEALTH CARE, LOHMANN & RAUSCHER non sono conformi al capitolato perché le cuffie non sono sterili.

Lotto 47 partecipano n. 6 ditte.

Le ditte Ecolab, Lohmann & Rauscher, AB Medica, Ramedical sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta ID&CO non è conforme al capitolato, in quanto il kit non copre tutto l'arco a C, in particolare manca la cover per il piano inferiore.

La ditta Effebi Hospital presenta una copertura che non resta ben adesa al piano superiore dell'arco a C ed è quindi facilmente inquinabile, pertanto, per il criterio di maneggevolezza è stato assegnato un punteggio insufficiente.

Lotto 48 partecipano n. 14 ditte.

Le ditte Ecolab, Seda, Med Trade, Lohmann & Rauscher, ID&CO, Medline International Italy, SVAS Biosana, Medical Center Production, Molnlycke Health Care, Effebi Hospital, A.M.G. Medical, AIESI Hospital Service, Innomed, Betatex sono idonee e conformi al capitolato.

Lotto 49 partecipano n. 9 ditte

Le ditte Ecolab, Seda, Ramedical, ID&CO, Medline International Italy, Molnlycke Health Care, A.M.G. Medical, Carl Zeiss sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Betatex dichiara che il dispositivo offerto viene realizzato su specifica della procedura in oggetto, pertanto, manca RDM e il certificato CE di Organismo notificato, che occorre per la valutazione della conformità dei dispositivi, ai fini della marcatura CE essendo dispositivo medico classe I sterile, pertanto, non risulta valutabile.

Lotto 50 partecipano n. 4 ditte.

Le ditte Bericah, Benefis e Farmac Zabban sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Tau Medica presenta bisturi non preassemblato con manico, quindi non conforme al capitolato.

Lotto 51 partecipano n. 7 ditte.

Le ditte Benefis e Farmac Zabban sono idonee e conformi al capitolato.





**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"**

*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

Le ditte Chemil, Infratech, MDhealthcare, Roche Diabetes Care Italy non presentano il confezionamento singolo richiesto, per cui non risultano conformi al capitolato.

La ditta Medical Lume presenta dispositivo di sicurezza non richiesto. Il dispositivo di sicurezza non consente l'esecuzione di test per gli allergeni, quindi non è conforme al capitolato.

Lotto 52 partecipano n. 4 ditte.

La ditta AIESI Hospital Service è idonea e conforme al capitolato.

Le ditte ATM Service, EFFEBI Hospital e FASE presentano un prodotto non sterile, quindi non conforme al capitolato.

Lotto 53 partecipa n. 1 ditta, la LP Pharma che presenta un dispositivo costituito da due componenti: la protezione per occhi ed il sostegno posteriore, tuttavia, non dispone del sistema in velcro per il loro fissaggio, quindi non è conforme al capitolato.

Lotto 54 partecipa n. 1 ditta, la ditta Benefis è idonea e conforme al capitolato.

Lotto 55 partecipano n. 2 ditte.

Le ditte Benefis e IDS sono idonee e conformi al capitolato.

Lotto 56 partecipano n. 3 ditte.

La ditta Benefis è idonea e conforme al capitolato.

Le ditte IDS e FASE risultano non conformi al capitolato, in quanto in scheda tecnica non è specificato che trattasi di dispositivo ipoallergenico.

Lotto 57 partecipano n. 2 ditte

Le ditte Cavallaro e Lamonea sono idonee e conformi al capitolato.

Lotto 58 partecipa n. 1 ditta, la IDS che risulta idonea e conforme al capitolato.

Lotto 59 partecipano n. 2 ditte.

Le ditte AIESI Hospital Service e Lamonea sono idonee e conformi al capitolato.

Lotto 60 partecipano n. 5 ditte.

Le ditte IDS, Farmac-Zabban, Tau Medica e AIESI Hospital Service sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Cardinal Health presenta un termometro ad infrarossi senza il pulsante di memoria per cui non è conforme al capitolato.

Lotto 61 partecipano n. 7 ditte.

Le ditte Benefis, L.P. Pharma, IDS, Farmac -Zabban, AIESI Hospital Service e Lamonea sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Cavallaro presenta una scheda tecnica che si riferisce al codice ref 25908 (termometro digitale) diverso rispetto al campione ref 25900 termometro clinico pertanto non è valutabile.

Lotto 62 partecipano n. 4 ditte.

Le ditte Coremec, L.P. Pharma e Lamonea sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Artsanity propone una fascia per immobilizzazione con una larghezza di 4cm e 6cm, pertanto non è conforme perché troppo grande rispetto a quanto richiesto (larghezza di circa 2 cm).

Lotto 63 partecipano n. 4 ditte

Le ditte Farmac -Zabban, AIESI Hospital Service e Kaltek sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Cavallaro propone un laccio emostatico non conforme al capitolato, in quanto non è in lattice ma in silicone.

Lotto 64 partecipano n. 4 ditte.

Le ditte AIESI Hospital Service e EFFEBI Hospital sono idonee e conformi al capitolato.

Le ditte ID&CO e Medline International Italy non sono conformi al capitolato, in quanto in scheda tecnica non sono dichiarati biocompatibili e atossici sulla base di test specifici.

Lotto 65 partecipano n. 6 ditte.

Le ditte Biosigma, Laboindustria, DAS Chimici, Alfamed, AIESI Hospital Service e Kaltek sono idonee e conformi al capitolato.

Lotto 66 partecipano n. 7 ditte.

Le ditte Cavallaro, Farmac-Zabban, Chemil, AIESI Hospital Service, Medical Lume e Kaltek sono idonee e conformi al capitolato.

La ditta Laboindustria non ha presentato il Certificato CE di Organismo Notificato, necessario per dispositivi medici classe Is, pertanto risulta non idonea e conforme.



Lotto 67 partecipano n. 2 ditte.

Le ditte FIAB e Ceracarta sono idonee e conformi.

Lotto 68 partecipano n. 4 ditte.

Le ditte Alfamed e Kaltek sono idonee e conformi al capitolato.

Le ditte Aiesi e Laboindustria relativamente ai criteri di qualità e maneggevolezza risultano insufficienti, perché presentano dispositivo non sterile e in confezione multipla, no singola.

Lotto 69 partecipano n. 3 ditte. La ditta Applied Medical Distribution Europe B.V.- Filiale Italiana risulta idonea e conforme. Le ditte Innovamedica ed Effebi Hospital non hanno raggiunto la sufficienza per le motivazioni specificate di seguito:

- Innovamedica presenta dispositivo con maneggevolezza insufficiente in quanto non ha il filo guida per facilitare la rimozione, inoltre, la possibile cover in silicone per l'uso in laparoscopia appare poco pratica;
- Effebi propone un dispositivo che non ha la possibilità di utilizzo del tappo laparoscopico e il filo guida presente sul campione risulta di scarsa qualità.

Lotto 70 partecipano n. 3 ditte Laboindustria, A.T.M. Service e Kaltek tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 71 partecipano n. 7 ditte. Le ditte Laboindustria e Alfamed sono idonee e conformi al capitolato.

Le ditte Biosigma, DAS Chimici, Kaltek e Sarstedt presentano dispositivo sterile in confezione multipla, che non risulta sufficiente per il criterio di maneggevolezza d'uso rispetto alla confezione singola.

La ditta Farmac Zabban non è conforme al capitolato, in quanto la provetta non presenta il tappo a vite, ma a pressione.

Lotto 72 partecipano n. 6 ditte Biosigma, Laboindustria, Das Chimici, Alfamed, Aiesi Hospital Service e Kaltek, tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 73 partecipano n. 6 ditte Biosigma, Laboindustria, Das Chimici, Alfamed, Aiesi Hospital Service e Kaltek, tutte idonee e conformi al capitolato, tranne la ditta Laboindustria che presenta un dispositivo sterile in confezione multipla, che non risulta sufficiente per il criterio di maneggevolezza d'uso rispetto alla confezione singola.

Lotto 74 partecipa solo la ditta Sarstedt che risulta idonea e conforme al capitolato.





*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*
Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630

Lotto 75 Deserto.

Lotto 76 partecipa solo la ditta MPM Italia che risulta idonea e conforme al capitolato.

Lotto 77 partecipano n. 3 ditte Laboindustria, A.T.M.Service e Kaltek tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 78 partecipano n. 5 ditte Med Trade, Biosigma, Laboindustria, Alfamed e Kaltek.

Tutte le ditte presentano dispositivo non conforme al capitolato, in particolare le ditte Alfamed, Biosigma, Laboindustria e Mad Trade presentano provetta da 10 ml, mentre Kaltek presenta provetta da 9 ml mentre in capitolato e nelle note è richiesta provetta da 11ml.

Lotto 79 Deserto

Lotto 80 partecipa solo la ditta Movi che risulta idonea e conforme al capitolato.

Lotto 81 partecipano n. 4 ditte.

- Le ditte Manzomed , ID&CO e E.C.S. non sono conformi al capitolato, in quanto per il sublotto 81b presentano una misura pari a 10x40 cm, anziché 10x45cm, che supera il range di tolleranza di +/- 3cm per la lunghezza delle buste indicato negli avvisi di chiarimenti.
- La ditta I-Tema risulta idonea e conforme.

Lotto 82 partecipano n. 4 ditte.

Le ditte E.C.S. e Manzomed presentano rotoli non conformi al capitolato, in quanto di carta medica in cellulosa liscia di 60g/mq e non uguale o superiore a 70 gr/mq come richiesto nelle note del capitolato.

La ditta ID&CO risulta non conforme, in quanto non sono dichiarate la conformità alla norma UNI EN ISO 11607-2 richiesta nelle note del capitolato e non risulta dichiarata la conformità alla norma UNI EN ISO 11138-1 e -3.

La ditta I-Tema risulta non conforme in quanto non risulta dichiarata la conformità alla norma UNI EN ISO 11138-1 e -3.

Lotto 83

L'unica ditta offerente, ALMA MEDICAL presenta un kit che risulta conforme al capitolato.

Lotto 84 partecipano n. 4 ditte F.A.S.E, E.C.S., ID & Co e Manzomed, tutte idonee e conformi al capitolato.

Lotto 85 partecipano n. 3 ditte

La ditta Manzomed presenta una scheda tecnica in cui è riportato "tempo raccomandato di incubazione è di 24 ore" mentre sulla confezione del campione è riportato "Incubare l'indicatore biologico per 1 ora o 3 ore"; pertanto, la contraddittorietà tra la scheda tecnica e la campionatura presentata non consente di valutare correttamente la conformità dell'offerta.


Le ditte E.C:S e ALMA MEDICA risultano idonee e conformi al capitolato.

Lotto 86 partecipano n. 8 ditte


Le ditte I-Tema, E.C.S., ID & CO, CHEMIL, FISIOSVILUPPI, AIESI HOSPITAL SERVICE, MANZOMED risultano idonee e conformi al capitolato

La ditta F.A.S.E., presenta un dispositivo che non ha l'indicatore esterno di viraggio, pertanto, viene dato un punteggio insufficiente per il secondo criterio di maneggevolezza.

Il Presidente Angela Colomba Bonagura



Il Componente Angela Capuano



Il Componente Michele Sagliano



LOTTO 1					
Biopsy Punch 2-2,5-3-3,5-4,00mm sterile (tipo Stiefel)		F.A.S.E.	CAVALLARO	TAU MEDICA	KALTEK
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00	14,00	12,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,50	0,50	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	15,00	21,00	15,00
	Giudizio Commissario 2	0,50	0,50	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00	15,00	21,00	15,00
	Giudizio Commissario 3	0,50	0,50	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00	15,00	21,00	15,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,60	0,50	0,80	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	10,00	16,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,50	0,80	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	10,00	16,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,50	0,80	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	10,00	16,00	10,00

[Handwritten signature]

ACB se

Milid S

LOTTO 1

Biopsy Punch 2-2,5-3-3,5-4,00mm sterile (tipo Stiefel)

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	F.A.S.E.	CAVALLARO	TAU MEDICA	KALTEK
Punti qualità attribuiti Comm.1	39,00	37,00	51,00	37,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	39,00	37,00	51,00	37,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	39,00	37,00	51,00	37,00
Media dei punti di qualità attribuiti	39,00	37,00	51,00	37,00
Punteggio massimo attribuito	51,00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	F.A.S.E.	CAVALLARO	TAU MEDICA	KALTEK
Coefficiente di riparametrizzazione	0,76	0,73	1,00	0,73
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	F.A.S.E.	CAVALLARO	TAU MEDICA	KALTEK
Punti qualità riparametrizzati	39,00	37,00	70,00	37,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 2					
Curette monouso per uso dermatologico varie misure (tipo Stiefel)		F.A.S.E.	CAVALLARO	TAU MEDICA	KALTEK
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00	14,00	12,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,70	0,50	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	15,00	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,50	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00	15,00	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,50	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00	15,00	21,00	21,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,50	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	10,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,50	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	10,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,50	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	10,00	14,00	12,00

Handwritten signature

ACBz

Handwritten signature

LOTTO 2

Curette monouso per uso dermatologico varie misure (tipo Stiefel)

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	F.A.S.E.	CAVALLARO	TAU MEDICA	KALTEK
Punti qualità attribuiti Comm.1	47,00	37,00	49,00	45,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	47,00	37,00	49,00	45,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	47,00	37,00	49,00	45,00
Media dei punti di qualità attribuiti	47,00	37,00	49,00	45,00
Punteggio massimo attribuito	49,00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	F.A.S.E.	CAVALLARO	TAU MEDICA	KALTEK
Coefficiente di riparametrizzazione	0,96	0,76	1,00	0,92
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	F.A.S.E.	CAVALLARO	TAU MEDICA	KALTEK
Punti qualità riparametrizzati	67,14	37,00	70,00	64,29

Supelco

AcBz

Milid 920

LOTTO 3 Elettrodi monouso neonatali, supporto in tnt, pregelato, con cavo da 50 cm, mm24x33, con connettore femmina da 4 mm				
		AMBU	FIAB	CERACARTA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,90	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00	14,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00	14,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	18,00	14,00	10,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	1,00	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00	21,00	15,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00	21,00	15,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,70	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00	21,00	15,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	14,00	14,00

de

ACB

de

LOTTO 3

Elettrodi monouso neonatali, supporto in tnt, pregelato, con cavo da 50 cm, mm24x33, con connettore femmina da 4 mm

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	AMBU	FIAB	CERACARTA
Punti qualità attribuiti Comm.1	62,00	49,00	39,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	62,00	49,00	39,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	62,00	49,00	39,00
Media dei punti di qualità attribuiti	62,00	49,00	39,00
Punteggio massimo attribuito	62,00		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	AMBU	FIAB	CERACARTA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,79	0,63
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	AMBU	FIAB	CERACARTA
Punti qualità riparametrizzati	70,00	55,32	39,00

Acby

BR

LOTTO 4					
Elettrodi pediatrici per ECG ad alta adesività diam. 24 mm circa, privi di lattice con cavetto attacco maschio, alta conduttività		AMBU	FIAB	CARDINAL HEALTH ITALY 509	CERACARTA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,80	1,00	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00	20,00	10,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	1,00	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00	20,00	10,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	1,00	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00	20,00	10,00	14,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,60	1,00	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00	30,00	15,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	1,00	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00	30,00	15,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	1,00	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	18,00	30,00	15,00	21,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	14,00	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	14,00	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	14,00	14,00	14,00

ACB_μ

LOTTO 4

Elettrodi pediatrici per ECG ad alta adesività diam. 24 mm circa, privi di lattice con cavetto attacco maschio, alta conduttività

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	AMBU	FIAB	CARDINAL HEALTH ITALY 509	CERACARTA
Punti qualità attribuiti Comm.1	48,00	64,00	39,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	48,00	64,00	39,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	48,00	64,00	39,00	49,00
Media dei punti di qualità attribuiti	48,00	64,00	39,00	49,00
Punteggio massimo attribuito	64,00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	AMBU	FIAB	CARDINAL HEALTH ITALY 509	CERACARTA
Coefficiente di riparametrizzazione	0,75	1,00	0,61	0,77
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	AMBU	FIAB	CARDINAL HEALTH ITALY 509	CERACARTA
Punti qualità riparametrizzati	52,50	70,00	39,00	53,59

SR

AcBje

MC

LOTTO 5					
Elettrodi monouso pregelati per ecg con gel solido e connessione din di sicurezza 1,5 mm- diam 20,0 mm per uso neonatale		AMBU	FIAB	CARDINAL HEALTH ITALY 509	CERACARTA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	1,00	0,70	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	20,00	14,00	10,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,70	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	20,00	14,00	10,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,70	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	20,00	14,00	10,00	14,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	1,00	0,70	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	30,00	21,00	15,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,70	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	30,00	21,00	15,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,70	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	30,00	21,00	15,00	21,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	14,00	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	14,00	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	14,00	14,00	14,00

del

ACBp

del

LOTTO 5

Elettrodi monouso pregellati per ecg con gel solido e connessione din di sicurezza 1,5 mm- diam 20,0 mm per uso neonatale

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	AMBU	FIAB	CARDINAL HEALTH ITALY 509	CERACARTA
Punti qualità attribuiti Comm.1	64,00	49,00	39,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	64,00	49,00	39,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	64,00	49,00	39,00	49,00
Media dei punti di qualità attribuiti	64,00	49,00	39,00	49,00
Punteggio massimo attribuito	64,00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	AMBU	FIAB	CARDINAL HEALTH ITALY 509	CERACARTA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,77	0,61	0,77
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	AMBU	FIAB	CARDINAL HEALTH ITALY 509	CERACARTA
Punti qualità riparametrizzati	70,00	53,59	39,00	53,59

de

AcBpe

de

LOTTO 6

Fonendoscopi Littman Classic II adulti

GAVIMEDICA

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00
	Giudizio Commissario 2	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00
	Giudizio Commissario 3	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00

LOTTO 6

Fonendoscopi Littman Classic II adulti

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	GAVIMEDICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	37,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	37,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	37,00
Media dei punti di qualità attribuiti	37,00
Punteggio massimo attribuito	37,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	GAVIMEDICA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	GAVIMEDICA
Punti qualità riparametrizzati	37,00

Debye

AC

LOTTO 7

Fonendoscopi Littman Classic II neonatali

GAVIMEDICA

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00
	Giudizio Commissario 2	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00
	Giudizio Commissario 3	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00

AGL

ACBZ

AGL

LOTTO 7

Fonendoscopi Littman Classic II
neonatali

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	GAVIMEDICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	37,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	37,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	37,00
Media dei punti di qualità attribuiti	37,00
Punteggio massimo attribuito	37,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	GAVIMEDICA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	GAVIMEDICA
Punti qualità riparametrizzati	37,00

Alc

debye

Alc

LOTTO 8

Fonendoscopi Littman Classic II PEDIATRICI

GAVIMEDICA

CRITERIO 1

Punti massimi attribuibili

20,00

Qualità ed affidabilità dei componenti

Giudizio Commissario 1

0,50

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

10,00

Giudizio Commissario 2

0,50

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

10,00

Giudizio Commissario 3

0,50

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

10,00

CRITERIO 2

Punti massimi attribuibili

30,00

Maneggevolezza e facilità d'uso

Giudizio Commissario 1

0,50

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

15,00

Giudizio Commissario 2

0,50

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

15,00

Giudizio Commissario 3

0,50

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

15,00

CRITERIO 3

Punti massimi attribuibili

20,00

Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)

Giudizio Commissario 1

0,60

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

12,00

Giudizio Commissario 2

0,60

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

12,00

Giudizio Commissario 3

0,60

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

12,00

MJ

deBze

del

LOTTO 8

Fonendoscopi Littman Classic II
PEDIATRICI

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	GAVIMEDICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	37,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	37,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	37,00
Media dei punti di qualità attribuiti	37,00
Punteggio massimo attribuito	37,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	GAVIMEDICA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	GAVIMEDICA
Punti qualità riparametrizzati	37,00





