



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“SANTOBONO PAUSILIPON”  
Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 NAPOLI**

**Verbale n. 3 del 6 giugno 2023**

**Oggetto: Fornitura quinquennale, in somministrazione, del farmaco ossido nitrico comprensivo del noleggio dei relativi sistemi di somministrazione - Importo a base di gara € 211.000,00 + IVA di cui € 3.100,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – Richiesta di Offerta MEPA n. 3177256 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa**

L'anno 2023 il giorno sei (6) del mese di giugno alle ore 10:20 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti in seduta riservata e telematica sulla piattaforma AcquistinretePA, giusta comunicazione alla ditta partecipante attraverso il sistema MEPA del 5.06.2023, i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con determina dirigenziale n. 505 dell'11.11.2022, che risulta così costituita:

**PRESIDENTE** Dott.ssa Sara Gombos – Dirigente Medico c/o AORN Santobono-Pausilipon;  
**COMPONENTE** Dott.ssa Paola Caponegro – Dirigente Farmacista c/o Farmacia del P.O. Santobono;  
**COMPONENTE** Ing. Anna Trimarchi - Collaboratore Tecnico c/o UOSID SSIA  
**SEGRETARIO** RUP Alessandro Dumont – In sostituzione del Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – dr.ssa Erica Ferri

La Commissione, in via preliminare, prende atto del provvedimento di nomina, del verbale n. 1 del 22.11.2022 del seggio di gara – dal quale risulta l'ammissione dell'unica ditta partecipante -, del verbale n. 2 del 26.01.2023 – dal quale risultano le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di incompatibilità dei componenti della commissione, nonché l'apertura della documentazione tecnica della ditta partecipante e la verifica della sua completezza - e degli altri atti della procedura.

La Commissione di gara, accertata la regolarità della propria costituzione, prende atto:

- che questa A.O.R.N., con deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 14.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto la procedura come in oggetto menzionata, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 06.09.2022 è stata inviata RDO MEPA n. 3177256 aperte a tutti gli operatori del MEPA, del bando di riferimento;
- che alle ore 13:00 del giorno 7.10.2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- che hanno presentato offerta attraverso la piattaforma di e-procurement AcquistinretePA il seguente concorrente per la RDO MEPA n. 3177256:

Operatore economico	Estremi di ricezione
SOL S.p.A.	06/10/2022 13:58:50

- che con verbale n. 1 del 22 novembre 2022 il seggio di gara ha proceduto all'ammissione della ditta SOL S.p.A. al prosieguo della gara;
- che con verbale n. 2 del 26 gennaio 2023 la Commissione Tecnica ha proceduto all'apertura della busta telematica relativa all'offerta tecnica ed alla verifica della completezza della documentazione tecnica presentata dalla società ammessa;

Tanto premesso, si dà atto che sono state definite nelle riunioni riservate del 16/2/2023, 17/03/2023, 28/03/2023 18/5/2023 e 25 /05/2023 - ed approvata la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara per la RDO n. 3177256 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), come da parere tecnico e schede di valutazione allegate al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.

La Commissione di gara procede quindi in seduta riservata e telematica su piattaforma MEPA all'inserimento dei punteggi di qualità come di seguito riportati:

<b>Lotto unico</b>	
<b>Ditta</b>	<b>Punteggio di qualità riparametrato</b>
SOL S.p.A.	80

Quindi, sempre in seduta riservata e telematica su piattaforma MEPA, la Commissione procede all'apertura della busta telematica relativa all'offerta economica ed alla verifica della conformità della stessa a quanto previsto dal disciplinare. Si procede quindi, alla lettura dell'offerta economica e del relativo dettaglio.

Ultimata la relativa lettura, la Commissione di gara provvede tramite la piattaforma MEPA ai calcoli finalizzati all'attribuzione del punteggio economico riportato nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, determinando la seguente graduatoria provvisoria:

<b>Lotto unico</b>		
<b>Ditta</b>	<b>Punteggio totale</b>	<b>Prezzo offerto</b>
SOL S.p.A.	100	198.660,00

La Commissione propone, quindi, l'aggiudicazione alla ditta SOL S.p.A.

La seduta riservata e telematica attraverso la piattaforma MEPA cessa alle ore 10:40. Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

PRESIDENTE Dott.ssa Sara Gombos  
 COMPONENTE Dott.ssa Paola Caponegro  
 COMPONENTE Ing. Anna Trimarchi  
 SEGRETARIO RUP Alessandro Dumont

Napoli, 6/6/2023

**Oggetto: Valutazione Tecnica – Fornitura quinquennale, in somministrazione, del farmaco ossido nitrico comprensivo del noleggio dei relativi sistemi di somministrazione per le esigenze della U.O.C. TIN e U.O.C. RIANIMAZIONE del P.O. Santobono**

In data 16/02/2023, la commissione tecnica ha provveduto a visionare la documentazione tecnica inerente la gara in oggetto.

In data 17/03/2023, la commissione ha partecipato alla presentazione pratica dell'apparecchiatura e dei dispositivi ad essa correlati.

In data 28/03/2023, la commissione ha provveduto a compilare - per gli opportuni giudizi - la scheda di valutazione in formato excel per l'offerta presentata dalla ditta SOL GROUP LAB Srl.

In data 18/05/2023, si è provveduto a revisionare quanto valutato in precedenza.

In data 25/05/2023, la commissione ha confermato i punteggi dati ai vari criteri di valutazione e ha redatto il suddetto verbale.

Da documentazione di gara si evince che la proposta risponde a pieno a quanto richiesto in Capitolato.

**Criterio n. 1: Caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura (materiali, robustezza, facilità di spostamento)**

Il dispositivo oggetto di valutazione dispone di un carrello ergonomico e di facile utilizzo per garantire la massima mobilità del sistema. Inoltre, *"...Tutto il sistema è stato testato per la sua biocompatibilità, robustezza e stabilità da un laboratorio accreditato come richiesto dal regolamento per poter ottenere la marcatura CE"* (vedasi documentazione di gara).

Punteggio assegnato Componente 1:1

Punteggio assegnato Componente 2:1

Punteggio assegnato Componente 3:1

**Criterio n. 2: Caratteristiche delle bombole al fine di facilitare e ridurre il numero di sostituzioni durante la somministrazione della terapia**

Il dispositivo garantisce una continuità delle operazioni di dosaggio grazie alla possibilità di gestire fino a due bombole contemporaneamente. Lo scambio fra la bombola in esaurimento e l'altra bombola di riserva è controllato in maniera automatica dal sistema, non richiede alcun intervento da parte dell'utilizzatore (elemento migliorativo) e nessuna sospensione della terapia.

Punteggio assegnato Componente 1:1

Punteggio assegnato Componente 2:1

Punteggio assegnato Componente 3:1

**Criterio n. 3: Caratteristiche del circuito mono paziente del sensore di flusso e compatibilità con i circuiti e ventilatori in dotazione**

I circuiti presentati risultano compatibili con i ventilatori in dotazione. Prova confermata durante la dimostrazione pratica tenutasi in data 17 marzo 2023.

Punteggio assegnato Componente 1:0,8

Punteggio assegnato Componente 2:0,8

Punteggio assegnato Componente 3:0,8

**Criterio n. 4: Display, interfaccia e facilità d'uso**

Il dispositivo dispone di un display LCD touch screen da 10.1". All'avvio il dispositivo effettua una taratura automatica e nel frattempo l'operatore ha già la facoltà di consultare la guida video relativa all'assemblaggio del dispositivo. Inoltre, il dispositivo dispone di tre principali modalità di utilizzo: modalità automatica, in cui è necessario indicare solo la concentrazione di farmaco desiderata al fine di ottenere tale concentrazione nel flusso



paziente; modalità automatica, in cui il valore del flusso può essere indicato manualmente dall'operatore; modalità manuale, in cui il dosaggio viene effettuato tramite un doppio flussimetro connesso allo stesso circuito di dosaggio della modalità automatica. Tale modalità manuale corrisponde anche con la modalità di dosaggio di emergenza qualora il dispositivo non sia più in grado di dosare automaticamente il farmaco. L'attivazione della modalità di emergenza è automatica e avviene senza alcun intervento da parte dell'operatore.

Punteggio assegnato Componente 1:0,9

Punteggio assegnato Componente 2:0,9

Punteggio assegnato Componente 3:0,9

**Criterio n. 5: Durata batteria ricaricabile in condizioni operative per pazienti neonatali**

Per trasferimenti e/o situazioni di necessità Penelope dispone di una batteria tampone che garantisce una durata in condizioni standard superiore a 6 ore.

Punteggio assegnato Componente 1:1

Punteggio assegnato Componente 2:1

Punteggio assegnato Componente 3:1

**Criterio n. 6: Presenza di apparecchiatura supplementare di back-up da presentare al bisogno**

La Ditta offre un sistema di backup indipendente dal dispositivo Penelope per la gestione dell'emergenza e del trasporto del Paziente (flussimetro). La manutenzione ordinaria prevede manutenzione annuale: questa operazione richiede la spedizione del dispositivo al sito produttivo; la spedizione e la manutenzione verranno gestite da personale qualificato e durante il periodo di manutenzione al cliente verrà fornito un dispositivo di back-up per garantire la continuità di servizio. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria, durante il periodo di manutenzione, la Ditta garantisce la disponibilità di un'apparecchiatura di back up entro le 48 ore solari dall'identificazione di un guasto importante, al fine di consentire la continuità del servizio.

Punteggio assegnato Componente 1:0,6

Punteggio assegnato Componente 2:0,6

Punteggio assegnato Componente 3:0,6

**Criterio n. 7: Modalità di espletamento delle consegne ed assistenza tecnica (saranno premiati i tempi di consegna ed assistenza tecnica più brevi possibili)**

Il tempo per la consegna e l'installazione dell'apparecchiatura è 20 giorni solari salvo impedimenti, mentre il tempo per la consegna delle bombole è 3 giorni lavorativi. La manutenzione straordinaria prevede servizio di reperibilità H24 su tutto il territorio nazionale tramite il numero verde; intervento entro 8 ore lavorative dalla richiesta e la disponibilità di un'apparecchiatura di back up entro le 48 ore solari dall'identificazione di un guasto importante, al fine di consentire la continuità del servizio.

Punteggio assegnato Componente 1:0,7


Punteggio assegnato Componente 2:0,7

Punteggio assegnato Componente 3:0,7

S.C. TIN e Neonatologia

Presidente


dott. ssa Sara Gombos



U.O.C. Farmacia

Componente

dott. ssa Paola Caponegro



Il Collaboratore Tecnico Ingegnere Biomedico

Componente

ing. Anna Trimarchi



LOTTO UNICO

FORNITURA QUINQUENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DEL FARMACO OSSIDO NITRICO COMPRENSIVO DEL NOLEGGIO DEI RELATIVI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE - Importo a base di gara € 211.000,00 + IVA di cui € 3.100,00 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

SOL  
S.p.A.

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	15,00
Caratteristiche costruttive dell'apparecchiatura (materiali, robustezza, facilità di spostamento)	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	8,00
Caratteristiche delle bombole al fine di facilitare e ridurre il numero di sostituzioni durante la somministrazione della terapia	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	8,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	8,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	8,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	12,00
Caratteristiche del circuito mono paziente del sensore di flusso e compatibilità con i circuiti e ventilatori in dotazione	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,60
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,60
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	9,60
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	10,00
Display, interfaccia e facilità di utilizzo	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	9,00
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	10,00
Durata batteria ricaricabile in condizioni operative per pazienti neonatali	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	15,00
Presenza di apparecchiatura supplementare di back-up da presentare al bisogno	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	9,00
CRITERIO 7	Punti massimi attribuibili	10,00
Modalità di espletamento delle consegne ed assistenza tecnica (saranno premiati i tempi di consegna e di assistenza tecnica più brevi possibili)	Giudizio Commissario 1	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario1	7,00
	Giudizio Commissario 2	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario2	7,00
	Giudizio Commissario 3	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario3	7,00

**LOTTO UNICO**

**FORNITURA QUINQUENNALE, IN  
 SOMMINISTRAZIONE, DEL FARMACO OSSIDO  
 NITRICO COMPRENSIVO DEL NOLEGGIO DEI  
 RELATIVI SISTEMI DI SOMMINISTRAZIONE -  
 Importo a base di gara € 211.000,00 +  
 IVA di cui € 3.100,00 come oneri per la  
 sicurezza non soggetti a ribasso**

<b>TABELLA PUNTI ATTRIBUITI</b>	<b>SOL S.p.A.</b>
Punti qualità attribuiti Comm.1	67,60
Punti qualità attribuiti Comm.2	67,60
Punti qualità attribuiti Comm.3	67,60
Media dei punti di qualità attribuiti	67,60
Punteggio massimo attribuito	67,60
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE</b>	<b>SOL S.p.A.</b>
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI</b>	<b>SOL S.p.A.</b>
Punti qualità riparametrizzati	80,00







